

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2212/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 část 2

Zadavatel požaduje „kondenzátor par vč. nerezového opláštění“.

Při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že stávající prokládací myčky na centrální sterilizaci nejsou vybaveny kondenzátory par (KP), a tedy celé stávající odtahové potrubí je takto vybavené myčce přizpůsobeno.

Pokud bychom dodali myčky včetně KP, tak by to pro uživatele znamenalo odstranit celé toto odtahové potrubí a vytvořit nové, napojené přímo do samostatné odtahové větve vzduchotechniky (pokud taková větev vůbec v místě existuje).

Dotaz tedy zní, zda zadavatel i přes tyto stavební komplikace trvá na dodání prokládacích myček včetně KP nebo upřednostní dodávku myček s napojením na stávající odtahové potrubí ?

Odpověď č. 1 část 2

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele, upraví technickou specifikaci u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty **část 2: Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Most, o.z.**

Zadavatel nebude požadovat kondenzátor par tzn. - zadavatel akceptuje připojení na stávající odtahové potrubí.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty část 2: Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Most, o.z. o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

12.-08-2020

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek