



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2212/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 část 3

Zadavatel požaduje v technické specifikaci následující:

- Krátký program maximálně 9 minut
- Standardní program maximálně 10 minut
- Intenzivní program maximálně 12 minut
- Napětí 230 V či 380 V

Účastník se domnívá, že jednotlivá oddělení mají k dispozici cca 25 a více lůžek. Při tomto množství lůžek bude docházet v ranních a večerních hodinách k hromadění plných nádob a tím se zvyšuje riziko nozokomiálních nákaz. Při výše uvedených časech, které zadavatel požaduje se účastník domnívá, že nebude docházet k plynulému odstraňování výkalů. V případě, že zadavatel má možnost využití vyššího napětí, dojde k velké úspoře času mezi jednotlivými cykly mytí a snížení času jednotlivých cyklů. Z hygienického hlediska účastník doporučuje zadavateli využití vyššího napětí připojení myčky. Bude zadavatel požadovat připojení myčky na vyšší napětí a tím tedy i zkrácení doby mycích cyklů aby nedocházelo k hromadění odpadu?

Odpověď č. 1 část 3

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotaz č. 2 část 3

Účastníkovi není z uvedené technické specifikace zcela jasné, zda stavební přípravu zajišťuje nemocnice, nebo zda si stavební přípravu účastník zajistí sám. Zadavatel požaduje po účastníkovi odbornou demontáž a ekologickou likvidaci stávajících myček a následnou instalaci nových. V rámci plánování dodávek by bylo logisticky výhodnější, aby si účastník stavební přípravu zajistil sám. Dále pak účastník ponese i finanční náklady na stavební úpravy, nikoliv nemocnice. Bude zadavatel po účastníkovi požadovat i provedení stavební přípravy v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, tedy demontáž, dodávku a instalaci?

Odpověď č. 2 část 3

Zadavatel mj. v Příloze č. 2 zadávací dokumentace v položce

„Další a zvláštní požadavky“ uvádí:



„KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.“

Tozn: zadavatel v případě potřeby přivede jiný rozvod média, kdyby nový zdravotnický prostředek využíval jiných přívodů než stávající zdravotnický prostředek.

Dodavatel tedy provede na své náklady:

- demontáž stávajícího zdravotnického prostředku,
- ekologickou likvidaci (včetně protokolu o likvidaci) stávajícího zdravotnického prostředku,
- v případě potřeby, následnou úpravu přívodů médií od armatur na míru, pro nový zdravotnický prostředek,
- instalaci nového zdravotnického prostředku,

dle požadavků uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy.

V Ústí nad Labem dne:

21-08-2020

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

