

Název veřejné zakázky: **Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II.
- část 1: Ostatní síta a sterilizační kontejnery**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2207/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci (Příloha č. 3_Technická specifikace_aktualizovaná verze dne 28.7.2020.docx): Materiálová kompatibilita (všechny nástroje od jednoho výrobce)

Tak, jak je požadavek zadavatelem formulován, zadavatel požaduje dodání nástrojů od stejného výrobce jak pro klasické nástroje z ušlechtilé oceli, tak pro laparoskopické nástroje, které z podstaty věci všichni výrobci vyrábějí z jiného druhu materiálu, včetně například tubusu, ručky, insertu nebo branží, kdy každá tato součást laparoskopického nástroje je z jiného materiálu a to dokonce na jednom nástroji. Zadavatel vyžaduje stejného výrobce z důvodu materiálové kompatibility (všechny nástroje od stejného výrobce).

Z podstaty věci typ materiálu u klasických nástrojů a laparoskopických je zcela rozdílný, a proto z podstaty věci nemůžeme hovořit o materiálové kompatibilitě.

Navíc, řada předních světových výrobců se soustřeďuje pouze na klasické nástroje a řada jiných na laparoskopické.

Z tohoto důvodu vznášíme tento dotaz. Domníváme se, že zadavatel při stanovení požadavku postupuje v rozporu s ustanovením § 6 ZZVZ, neboť tímto požadavkem dochází k diskriminaci některých uchazečů a také ke zúžení okruhu možných dodavatelů.

Dotaz: Připustí zadavatel dodání klasických nástrojů od předního světového výrobce a laparoskopických nástrojů od dalšího renomovaného výrobce?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel se domnívá, že došlo k nepochopení bodu týkajícího se materiálové kompatibility v technické specifikaci. Zadavatel upřesňuje bod týkající se materiálové kompatibility v technické specifikaci zadávací dokumentace následovně: Nástroje od jednoho výrobce jsou myšleny nástroje v jednom sítě. Připouštíme dodání klasických nástrojů nejvýše od jednoho výrobce a laparoskopických nástrojů od jiného, nejvýše jednoho výrobce za podmínky, že nástroje od obou výrobců budou navzájem materiálově kompatibilní. Tzn., že dodavatel garantuje, že v případě sterilizace nástrojů od obou výrobců v jednom sítě nebude docházet ke korozivním jevům či jiným jevům poškozujícím materiálovou strukturu a odolnost jednotlivých nástrojů.

Závěr

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u této veřejné zakázky. Nový termín je uveden na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek..

V Ústí nad Labem dne: 25 -08- 2020

62
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel