



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2223/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1 část 1

Část 1: Ultrazvukový přístroj pro Dětské odd.

V technické specifikaci zadávací dokumentaci pro část 1: „Ultrazvukový přístroj pro dětské odd.“ je požadováno:

- Mikrokonvexní sonda pro neonatologická vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 10 MHz, minimální velikost zobrazované výseče 100°

Tyto požadavky v našem portfoliu splňují 2 mikrokonvexní sondy odlišující se v parametru poloměru zakřivení určující velikost aktivní části sondy a tedy i účel využití. Dle našeho úsudku a zkušeností je pro dětské oddělení – neonatologická vyšetření vhodná sonda s poloměrem zakřivení maximálně 15 mm. Právě tato sonda je nejvhodnější pro neonatologická vyšetření hlavy i břicha pro která je sonda oddělením požadována.


Dotaz:

Bude zadavatel požadovat tuto malou mikrokonvexní sondu s poloměrem zakřivení maximálně 15 mm?

Odpověď č. 1 část 1

Zadavatel na výše uvedený dotaz odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V Ústí nad Labem dne: 25-08-2020



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel