



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2212/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1 část 3


Zadavatel požaduje dodat 8 kusů myček podložních mís pro různá oddělení Nemocnice Teplice, o.z. V technické specifikaci uvádí požadavek na splnění normy EN ISO 15883-1/3 (Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky). Zadavatel však nepožaduje již žádné další certifikáty, které prokazují, že dodávaný zdravotnický prostředek zajišťují ochranu zdraví obyvatelstva, tzn. bezpečnostní aspekty týkající se vodovodní techniky u nebezpečných přístrojů a následná ochrana proti znečištění pitné vody z důvodu boje proti nozokomiálním nákazám. Bude zadavatel požadovat doložení certifikátu KIWA, splňující požadavky směrnice BRL-K14011/01 (Bezpečnostní aspekty týkající se vodovodní techniky u nebezpečných přístrojů) a NEN-EN 1717:2000 (Ochrana proti znečištění pitné vody v zařízeních využívajících vodu a obecné požadavky na zařízení pro zamezení znečištění zpětným tokem), vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky?

Odpověď č. 1 část 3

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky požaduje před podpisem smlouvy od vybraného dodavatele předložení dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku (v českém jazyce) dle § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dodavatel předloží prohlášení o shodě dle směrnice 93/42/EEC, tak výrobek splňuje dle zadavatele všechny potřebné standardy a normy.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty část 3: Dezinfektory pro Nemocnici Teplice o.z.. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 01-09-2020



Ing. Petr Fiala
generální ředitel



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627