

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2216/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 část 3 a současně část 4

Společný dotaz pro části 3 a 4

Prosím o potvrzení, jaké úkony požadujete v rámci částky za 96 měsíční pozáruční servis dle návrhu kupní smlouvy v článku VI. Jedná se o činnosti spojené s pravidelnými povinnými úkony (BTK, revize, validace, kalibrace) nebo se jedná i o všechny OPRAVY vč. potřebných náhradních dílů?

Odpověď č. 1 část 3 a současně část 4

Prodávající se zavazuje provádět v rámci pozáručního servisu výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb., v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů a poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Pozáruční servis se nevztahuje na všechny opravy vč. potřebných náhradních dílů.

Dotaz č. 2 část 3

Dotaz pro část 3

Dle vysvětlení ZD č.2 musí být součástí nabídky i úpravy vody. Dále uvádíte, že "zadavatel je schopen na pracoviště dovést neupravenou vodu". Při prohlídce místa plnění bylo řečeno, že úprava vody pro centrální sterilizaci bude v jiné místnosti vzdálené desítky metrů od sterilizátorů. Zajistí nemocnice potřebné rozvody upravené vody mezi požadovaným místem úpravy vody a sterilizátory?

Odpověď č. 2 část 3

Zadavatel přivede neupravenou (kohoutkovou) vodu do prostoru k úpravě vody. Další rozvod mezi dodávanou úpravnou vody a sterilizátory zadavatel považuje za uzavřený systém dodávané technologie, tudíž jejich instalaci požaduje po dodavateli technologie.

V Ústí nad Labem dne: 01-09-2020

52



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel