



Název veřejné zakázky: **Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a. s. – část 2 – defibrilátor pro KAPIM Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen „VZ“)**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2269/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz pro část 2:

V požadavcích na technické parametry defibrilátoru jsou i požadavky:
Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200 joulů a Monitorace: snímání 3/5 EKG.
Dodavatel nabízí téměř identické technické parametry, které se liší dle našeho názoru pouze v několika nepodstatných detailech - Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-30-50-70-90-120-150-170-200 joulů a Monitorace: snímání 4/6 EKG.

Bude zadavatel akceptovat tyto technické parametry?

Odpověď na dotaz pro část 2:

Zadavatel akceptuje tyto technické parametry.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **- 2 -09- 2020**

.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek