

Kupní smlouva

EXRAY s.r.o.

se sídlem: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
IČO: 016 47 580
DIČ: CZ01647580
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209793

zastoupená: Janem Hamadejem, jednatelem
kontaktní osoba: Petr Hamadej, manažer pro realizaci a servis
(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

(dále jako „**kupující**“)

Spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě zadávacího řízení s názvem „**Skiagrafický přístroj, Radiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu, provádění pozáručního servisu a v případě zájmu kupujícího i zajištění oprav a náhradních dílů po záruční dobu.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: 1 ks skiagrafického přístroje včetně příslušenství, model GC85A, výrobce Samsung Electronics (dále i jako „přístroj“ nebo „zboží“).

2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka č. 1200802 ze dne 29.06.2020, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je nákup zboží a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v rámci záruky.
4. Předmětem smlouvy je dále i:
 - *demontáž stávajícího přístroje,*
 - *realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh,*
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž zboží,*
 - *instalace zboží,*
 - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *provedení všech převjímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - *instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži,*
 - *vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“)*
 - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
 - *záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu,*
 - *ekologická likvidace stávajícího přístroje.*
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 4.980.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. bod 4, s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
 - soupis příloh,
 - název projektu,
 - registrační číslo projektu,

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Proávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
10. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 60 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Proávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy**. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

nebo jiný pověřený pracovník OOKC kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:
 - a. dodání zboží na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče
3316/12a, Ústí nad Labem – Radiologická klinika s umístěním na Infekčním oddělení a
 - b. demontáž stávajícího přístroje a
 - c. realizace stavební připravenosti v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh a
 - d. montáž zboží a
 - e. instalace zboží a
 - f. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a
 - g. provedení všech převímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a

- h. *instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka OOKC kupujícího, a včetně vystavení protokolu o instruktáži a*
 - i. *vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích a*
 - j. *dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a*
 - k. *likvidace obalového materiálu,*
 - l. *v případě zboží, které je zákonem č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPO č.345/2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření*
 - m. *ekologická likvidace stávajícího přístroje.*
3. Zvláštní požadavky:
- a. je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Tých následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat

- veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
 3. Záruční doba na zboží je **24 (slovy: dvacetčtyři)** měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamacie jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
 5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 64 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
 6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží
 7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí, tel.: 313 513 811, email: servis@exray.cz.
 8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
 9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7 tohoto článku.
 10. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamacie.
 11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby (1 nebo 2x) odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy.
 12. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10 tohoto článku.
 13. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích,

- v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
14. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol dle zákona o zdravotnických prostředcích dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.
15. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis zboží. Pozáruční servis bude poskytován po dobu **96** (slovy: devadesátšest) měsíců ode dne uplynutí záruční doby uvedené v čl. V. této smlouvy (tj. 96 měsíců po uplynutí 24 měsíců ode dne předání přístroje kupujícímu).
2. Pozáruční servis zahrnuje:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
3. Prodávající je zároveň v rámci poskytování pozáručního servisu povinen určit a sledovat termíny bezpečnostně technických kontrol dle zákona o zdravotnických prostředcích dle pokynů výrobce.
4. Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku 492.000,- Kč bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně ve čtvrtletních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí. Výše čtvrtletní platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. II. této smlouvy.
5. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného náhradního zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad zboží.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny poníženu o daň prodávajícímu.

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - Nabídka č. 1200802 ze dne 29.06.2020

V Ústí nad Labem, dne

V Novém Strašecí, dne 14. 08. 2020

Za kupujícího

Za prodávajícího

Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

Jan Hamadej
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Kupní Smlouvy

Cenová nabídka č. 1200802 na digitální skiagrafický RTG systém

pro:

Krajská zdravotní, a.s.,

Sociální péče 3316/12A, 40 113 Ústí nad Labem, IČ: 25488627




Platnost nabídky:

do 30. srpna 2020

Vypracováno dne:

29. června 2020



NABÍZENÉ ZBOŽÍ

1 ks – Digitální skiagrafický systém s přímou digitalizací RTG obrazu

Model: GC85A

Výrobce: Samsung Electronics Co., Ltd., Korea

RTG systém GC85A je moderní digitální systém pro radiografické snímkování, který má vynikající kvalitu snímků, celou řadu nástrojů na manipulaci se snímkem a post procesní zpracování a existuje u něho také možnost využít pokročilé klinické aplikace.

GC85A zvyšuje produktivitu díky účinným a přitom intuitivním pracovním postupům, které nabízí. Základní vlastnosti přístroje umožní zjednodušit i to nejsložitější vyšetření. Díky neměnné kvalitě snímků není téměř třeba snímkování opakovat a přitom jedinečné zpracování snímků šetří čas. Pomocí standardu DICOM je možno GC85A snadno připojit k HIS, RIS nebo PACS a zajistit tak účinný přenos dat.

Konfigurace:

1 ks – Snímkovací stůl

1 ks – Vertigraf

1 ks – Rentgenový zářič

1 ks – RTG generátor

1 ks – Stropní závěs

2 ks – Digitální detektor

1 ks – Akviziční stanice

Příslušenství

Základní specifikace:

Generátor a expoziční automatika
vysokofrekvenční generátor
nominální anodový výkon: 82 kW
napětí mezi anodou a katodou rentgenky: 40-150 kV
anodový proud: 10 - 1000 mA
expoziční čas: od 1 ms
manuální nastavení expozičních parametrů
předvolba 500 programů orgánových programů
ovládání generátoru integrované v akviziční stanici
třídoménové ionizační komůrky AEC pro stůl
třídoménové ionizační komůrky AEC pro vertigraf
manuální volba domény AEC pro vertigraf i pro stůl
rentgenová lampa a kolimátor
rotační anoda: 9700 ot./min
malé ohnisko: 0,6 mm
velké ohnisko: 1,2 mm
tepelná kapacita anody: 600 kHU
tepelná kapacita rentgenové lampy: 2,0 MHU
indikace aktuálního stavu využití tepelné kapacity rentgenové lampy
LED světlo primární clony
primární clona s manuálním nastavováním clon

Nabídka č. 1200802

k veřejné zakázce s názvem:

„Skiagrafický přístroj, Radiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

automatické nastavení clon podle zvoleného orgánového programu
laserová lokalizace nastaveného světelného pole
přídavná filtrace integrovaná ve vstupní části primární clony
automatická volba přídavné filtrace dle zvoleného orgánového programu a její automatické nastavení
manuální volba přídavné filtrace
zobrazení aktuální velikosti kolimovaného pole, SID, úhlu natočení rentgenové lampy, expozičních parametrů, nastavené filtrace na displeji u primární clony
zobrazení orgánového programu, ID pacienta na displeji u primární clony
zobrazení náhledu provedeného rtg. snímku na displeji u primární clony
možnost volby expozičních parametrů a filtrace na displeji u primární clony
KAP metr s přenosem hodnot P_{KA} (Kerma-Area Product)
stropní závěs
pokrytí vyšetřovny v rozsahu (příčný x podélný posun vzhledem k orientaci stolu): 300 x 500 cm
teleskopická konstrukce s rozsahem pohybu ve vertikálním směru: 180 cm
synchrónní pohyb ve všech směrech a kolem všech os možných pohybů
automatické přizpůsobení pozice rentgenové lampy podle zvoleného orgánového programu (auto-positioning)
automatické přizpůsobení pozice rentgenové lampy a detektoru (auto-positioning) pro snímkování s detektorem vertikálního stativu v horizontální poloze
autonomní antikolizní systém nevyžadující vizuální kontrolu obsluhou zařízení
automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k poloze vertikálního stativu (auto-tracking)
automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k výšce vyšetřovacího stolu (auto-tracking)
manuální ovládání pohybů rentgenové lampy ve všech osách s aretací
rotace rtg. lampy kolem vertikální osy v rozsahu s aretací v libovolném úhlu: $-157^\circ / +183^\circ$
rotace rtg. lampy kolem horizontální osy v rozsahu s aretací v libovolném úhlu: $\pm 120^\circ$
automatické přizpůsobení sklonu rentgenové lampy tak, aby centrální rtg. paprsek směřoval kolmo k rovině volného receptoru obrazu
skiagrafický stůl
motoricky výškově stavitelný stůl
výška horní plochy desky stolu od podlahy vyšetřovny v dolní poloze stolu: 54,5 cm
výška horní plochy desky stolu od podlahy vyšetřovny v horní poloze stolu: 90 cm
plovoucí deska stolu: 241 x 81,2 cm (délka x šířka)
manuální ovládání horizontálního pohybu plovoucí desky stolu s aretací pohybu
horizontální pohyb desky stolu v podélné ose v obou směrech od centrální polohy: ± 48 cm
horizontální pohyb desky stolu v příčné ose v obou směrech od centrální polohy: ± 14 cm
dynamická nosnost stolu s deskou v centrální poloze: 310 kg
uživatelsky vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost v intervalu: 100 – 120 cm
automatický podélný pohyb detektoru v závislosti na podélném pohybu či rotaci rtg. lampy (auto-tracking)
pohyb detektoru pod deskou stolu v jeho podélné ose (bez pohybu desky stolu): 68,8 cm
držák receptoru obrazu pro snímky horizontálním paprskem
receptor obrazu
vertikální stativ
nastavení vzdálenosti středu receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku v rozsahu: 28 -185 cm
motorický vertikální pohyb receptoru obrazu
nastavení vertikální polohy receptoru obrazu ručním ovladačem
nastavení vertikální polohy receptoru obrazu bezdrátovým nožním ovladačem
naklápění receptoru obrazu v rozsahu s automatickou aretací v libovolném úhlu: $-20 - +90^\circ$
motorické naklápění receptoru obrazu
nastavení úhlu naklopení receptoru obrazu ručním ovladačem

uživatelsky vyjímatelná protitrozpyťová mřížka fokusovaná pro vzdálenost 180 cm
aktivace světla kolimátoru ze sloupu vertikálního stativu
pevná boční madla (levá a pravá) pro přidržování pacienta
horní madlo pro držení pacienta při bočních snímcích (levých a pravých)
receptor obrazu
receptory obrazu
2 ks flat panel detektorů (FPD) pro přímou digitalizaci obrazu – stůl, vertikální stativ
detektory s nepřímou konverzí (scintilátor strukturní CsI)
velikost pixelu detektorů: 140 µm
DQE (Detective Quantum Efficiency) – při 0 lp/mm - dle RQA 5 normy IEC 62220-1: 76%
bitová hloubka rekonstruované matice (úrovni šedi): 16 bit
rozměry aktivní plochy detektoru – stůl, vertigraf: 42,5 x 42,5 cm
aktivní matice pixelů detektorů – stůl, vertigraf: 3040 x 3036
detektory pro stůl a vertikální stativ uživatelsky vzájemně zaměnitelné
detektory ve stole a vertikálním stativu napojeny na kabelové datové připojení a napájení
ochrana detektoru pro vertikální stativ proti průniku tekutin při jejich polí: IP54
detektor pro vertikální stativ využitelný jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat
detektor z vyšetřovacího stolu využitelný jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat
náhradní baterie s dobíjecí stanicí pro detektor sloužící jako volný detektor
ochrana detektoru ve stole proti průniku tekutin při jeho polí: IP54
maximální rovnoměrné zatížení detektoru ve stole bez dodatečného ochranného krytu: 400 kg
akviziční stanice
stanice pro ovládání digitálního systému (obrazový systém, orgánové programy apod.)
automatická komunikace a integrované ovládání generátoru
minimálně DICOM 3.0 kompatibilní
software pro komunikaci s NIS, RIS a PACS
podpora práce s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na NIS, RIS systémy zadavatele
podpora funkce STORAGE COMMITMENT pro PACS
DICOM služba Radiation Dose Structured Report (RDSR) pro přenos expozičních parametrů do PACS
podpora DICOM Multiple Performed Procedure Step (MPPS)
software pro zpracování a úpravy snímků – ořez, elektronické clony, vkládání značek a textu, měření úhlů, délek a ploch, možnost otáčení a zrcadlení snímků, automatická detekce clon, indikace provedené manipulace se snímkem
indikace provedené manipulace se snímkem
úpravy obrazu v DICOM křivce – možnost volby jasu a kontrastu (Windows Level a Windows Width), ostrosti (filtrace)
automatická optimalizace kvality snímků s využitím algoritmů eliminujících podexponování/přeexponování obrazu a zvýrazňujících detaily
import dat pacientů z NIS, RIS zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost manuálního zadávání pacientů
export snímků do PACS zadavatele
automatická komunikace s minimálně 4 FPD
indikace stavu nabití, WiFi signálu a připojení do sítě volného detektoru na akviziční stanici
možnost tvorby a modifikace přednastavených orgánových programů - jejich expozičních a projekčních parametrů, parametrů postprocessingu obrazu
zobrazení EI (Exposure Index) a DI (Deviation Index) v souladu s IEC 62494-1
LCD monitor: 24"
kapacita HDD umožňující uložení 50 000 obrazů v plném rozlišení (1TB)
záložní zdroje (UPS) – doba zálohovací funkce 5 minut provozu akviziční stanice při přerušení dodávky el. energie
zobrazení náhledu snímku z libovolného detektoru na monitoru akviziční stanice do 2 s
zobrazení plně posprocesovaného snímku z libovolného detektoru na monitoru akviziční stanice do 8 s

Podrobná specifikace:

Digitální detektor S4343-AW, 2 ks – pro vertigraf, vyšetřovací stůl a volné projekce

Detektor je na bázi amorfního křemíku s Cesium-Iodidovým scintilátorem (CsI)

- Velikost aktivní plochy detektoru: 425 mm x 425 mm
- Aktivní matice: 3 036 x 3 040 pixelů
- Pixelový rozteč (pitch): 140 µm
- Typická hodnota DQE: 76%
- Rozměry: 460 x 460 x 15 mm
- Instalace: integrovaná/bezdrátová
- Napájení pomocí kabelu/baterie
- Max. zatížení: 400 kg
- Ochrana proti vniknutí tekutin: IP54



XGEO Station - Pracovní stanice pro akvizice, 1 ks

Akviziční pracovní stanice je primárním rozhraním do sítě a poskytuje možnost post procesního zpracování snímků. Systém umožňuje řízení z jednoho místa, směřování a koordinaci celkového provozu systému a současně automatické monitorování veškerých systémových modulů pomocí softwarových prostředků.

Akviziční pracovní stanice obsahuje:

- 1 ks 24" plochý LCD monitor, rozlišení 1920 x 1080 bodů
- Klávesnici a myš
- CD/DVD mechanika, 4 x USB port
- CPU Intel Xeon 3,6 GHz, 8 GB RAM, 1TB paměti na pevném disku
- Windows 10
- 120/240 VAC, 50/60 Hz



Nástroje pro práci se snímky:

- orgánová automatika - možnost přizpůsobení menu
- možnost snímkování na volnou kazetu
- automatická rotace snímku do požadované pozice
- automatické nastavení přídavné filtrace
- anotace snímků - měření vzdáleností, úhlů, kreslení, vlastní předdefinované značky
- možnost regulace jasu a kontrastu pro optimalizaci obrazu, zoom, rotace snímku, ořezávání okrajů
- Automatické vyclonění snímku

- ✓ Náhled snímku do 2 sec
- ✓ Zobrazení plně zpracovaného snímku do 8 sec
- ✓ DICOM 3.0 kompatibilita
- ✓ DAP - zápis expozičních parametrů do jednotlivých snímků (kV, mAs, SID) včetně dávky

DICOM funkce:

- Modality Worklist
- MPPS
- Storage
- Print
- Query/Retrieve – DX a CR snímků
- GSPPS
- Media Exchange (Dicom DIR)
- Dose Structured Report (SCU)

Stropní závěs rentgenky, 1 ks

- Motorizovaný vertikální posun teleskopického ramene s rtg. lampou.
- Autotracking - Sledování rentgenky a detektoru – synchronizované sledování rentgenky a detektoru – poloha rtg. lampy je neustále kontrolována a korigována, aby vždy byla ve správné pozici k detektoru ve vertigrafu či ve snímkovacím stole.

- Manuální polohování s jednoduchým posouváním na zářáčky
- Uživatelské rozhraní pomocí 12" dotykové širokoúhlé LCD obrazovky umožňuje kontrolu patientských údajů, expoziční techniky, volbu receptoru a případnou úpravu/potvrzení přiřazení detektoru. Tato obrazovka umožňuje pohodlné čtení a má automatickou rotaci.
- Dotyková obrazovka ve vyšetřovně umožňuje uživateli následující:
 - Automatické měření a zobrazení SID, úhlu rentgenky
 - Volbu ohniska
 - Úpravu techniky (kVp, mAs a msec)
 - Identifikační údaje pacienta
 - Náhled snímku
 - Pomůcku pro správné polohování – projekci
- Stropní závěs:
 - podélný posun – 5 m
 - příčný posun – 3 m
 - vertikální pojezd: manuální i motorický – až 180 cm
 - rotace teleskopického ramene: -157° až +183°
- Odblokování všech aretací pojezdu jedním tlačítkem
- Vyšetření je ovládáno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace.
- Vyšetření je ovládáno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace.



Rentgenový zářič

- Malé ohnisko 0,6 mm
- Velké ohnisko 1,2 mm
- DAP – systém měření plošné dávky
- Automatický kolimátor s LED světlem

Automatický kolimátor:

- Motorizované clony ve 4 směrech
- Automatické motorické nebo manuální nastavení
- Přídavná filtrace – 0,1 až 0,3 mm Cu dle orgánové předvolby
- LED světlo >160 lux

Digitální radiografický vyšetřovací stůl, 1 ks

- Motorem poháněný zdvihací stůl, zdvihový rozsah až 90 cm
- Max. váha pacienta: 350 kg
- Ovládací nožní pedály – bezdrátové
- Funkce autotracking – podélný pohyb detektoru v závislosti na podélném pohybu či rotaci rtg. lampy

Deska stolu

- 6ti směrný pohyb desky stolu
- Šířka: 812 mm
- Délka: 2410 mm
- Příčný pohyb: +/- 140 mm
- Podélný pohyb: +/- 480 mm

Stacionární mřížka s vysokou čárovou hustotou

- Mřížka s fokusem pro interval 100 - 120 cm



VertigraF – stativ pro vertikální snímkování, 1 ks

- Stativ má motorizovaný pohon s možností manuálního pojezdu.

- Autotracking - Automatické sledování stropního závěsu rentgenky
- Desku s detektorem lze naklánět od -20° do 90°
- Deskou s detektorem lze rotovat od 0° do +45°
- LED indikátor
- Bezdrátové ovládací nožní pedály
- Největší vzdálenost středu detektoru od podlahy 185 cm
- Stativ se dodává s odnímatelnými pevnými mřížkami s vysokou hustotou čar

Stacionární mřížka s vysokou čárovou hustotou

- Mřížka s fokusem 180 cm

VF generátor 82 kW, 1 ks

- Anodový proud 10 až 1000 mA
- kVp rozsah 40-150 kVp
- Automatická kontrola expozice (AEC) využívá tři ionizační komůrky
- Rozsah expozičního času: 1 msec – 10 sec
- Vstupní napájení: 380/400VAC, 3 Fázové, 50 nebo 60Hz

Příslušenství:

- Dálkový ovladač
- Externí nabíječka baterií detektoru
- Náhradní baterie detektoru
- Držák detektoru pro snímky horizontálním rtg. paprskem

Splnění zvláštních požadavků Zadavatele

- Instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (PZ, výchozí elektrevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět Splňuje veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
- Instruktaž/proškolení zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.
- Součástí dodávky budou doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.
- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita BUDOU splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NEBUDE pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné

bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Prodávající si ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistí:


Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Prodávající si zajistí konfiguraci na straně PACS a NIS

Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

V Novém Strašecí, dne 29. 06. 2020



.....
Jan Hamadej, jednatel

Příloha č.7 : Rozklad nabídkové ceny

Název zakázky	Specifikace zakázky	Celková nabídková cena v Kč	
		bez DPH	včetně DPH
Skiagrafický přístroj, Radiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.	Skiagrafický přístroj		
	Pozáruční servis na dobu 8 let		
Cena celkem		5 472 000,-	6 621 120,-

Žlutě označená pole doplní účastník.

Poznámka: bližší specifikace požadavku **"Základní servisní zabezpečení po dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"**

Tento požadavek zahrnuje:

- 1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990
- 2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích
- 3) revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích
- 4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
- 5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek

