



Zadávací dokumentace

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „ZZVZ“).

Název zakázky:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiagrafické rtg komplety vč. pozáručního servisu

**Veřejná zakázka je spolufinancována z 31. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu.**

**Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557**

**Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Most, o.z., registrační číslo
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001561**

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou
B 1550

Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:	jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e)
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Kontaktní osoba ve věcech soutěže:	Ing. Hana Panznerová tel: + 420 477 117 925 e-mail: hana.panznerova@kzcr.eu



1. Informace o předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:

- Veřejná zakázka na dodávky

Místo plnění veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185
430 12 Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
J. E. Purkyně 270
434 64 Most

2. Vymezení plnění veřejné zakázky

2.1 Účel veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je vybavení pracovišť zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s., zdravotnickými prostředky přístrojového charakteru, a tím přispět ke zlepšení kvality zdravotní péče o pacienty v Krajské zdravotní, a. s.

2.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru – dvou kusů skiagrafických rtg kompletů spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:

- montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti zdravotnických prostředků,
- zajištění stavební připravenosti za podmínek uvedených v technické specifikaci,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených zdravotnických prostředků dle technické specifikace,
- instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61, odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.,
- předání všech příslušných dokladů,
- záručního a pozáručního servisu dle ve smlouvě uvedených podmínek,
- likvidace obalového materiálu,



- odborná demontáž a ekologická likvidace demontovaného stávajícího vybavení včetně vystavení protokolu o provedení ekologické likvidace, je požadována u části 1 Skiografický rtg komplet Nemocnice Chomutov o. z.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena a blíže specifikována v příloze č. 2 – Technická specifikace, této zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat požadavky na charakter a vlastnosti uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah $\pm 10\%$.

Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy od **vybraného dodavatele** předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku (v českém jazyce) dle § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem musí splňovat platné české příp. evropské normy a právní předpisy.

2.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ v následující struktuře a s níže uvedenými předpokládanými hodnotami:

Část	Název	Počet ks		Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč za část bez DPH
1	Skiografický rtg komplet Nemocnice Chomutov o.z. (vč. pozáručního servisu)	1	Skiografický rtg komplet Nemocnice Chomutov o. z.	3 719 008	3 884 297
			Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	165 289	
2	Skiografický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z. (vč. pozáručního servisu)	1	Skiografický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z.	5 785 124	5 950 413
			Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	165 289	

Celková předpokládaná hodnota činí **9 834 710 Kč bez DPH**.

Dodavatelé mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky smlouvu s jedním účastníkem.



Dodavatel může podat nabídku u jednotlivých částí veřejné zakázky pouze v celém rozsahu dotčené části dle zadávacích podmínek, tj. částečné plnění u jednotlivých částí veřejné zakázky není přípustné.

2.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Část	Název		CPV
1	Skiagrafický rtg komplet Nemocnice Chomutov o.z. (vč. pozáručního servisu)	Skiagrafický rtg komplet Nemocnice Chomutov o. z.	33111000-1 Rentgenové přístroje
		Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
2	Skiagrafický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z. (vč. pozáručního servisu)	Skiagrafický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z.	33111000-1 Rentgenové přístroje
		Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

2.5 Doba plnění veřejné zakázky

Maximální lhůta pro předání předmětu plnění je uvedena v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 4a, 4b této zadávací dokumentace).

2.6 Prohlídka místa budoucího plnění a stavební připravenost

Zadavatel umožňuje dodavatelům v souladu s § 36 a § 97 ZZVZ prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky v následujícím termínu:

termín a místo prohlídky	kontaktní osoba	tel. č. kontaktní osoby
Dne v hod., Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, v hod.	Pavel Kubaš	+420 474 447 433
Dne v hod., Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.	Ing. Radek Brož	+420 733 756 632



J. E. Purkyně 270
 434 64 Most,
 v hod.

K uskutečnění prohlídky místa plnění je nutné předchozí přihlášení zájemců u kontaktní osoby (viz kontaktní údaje), a to nejpozději do 10:00 hod. v pracovní den předcházející dni prohlídky.

2.7 Účel prohlídky místa plnění, dotazy

Účelem prohlídky místa budoucího plnění je seznámení dodavatelů se stávajícím stavem místa budoucího plnění a s jeho technickým vybavením a provozními parametry tak, aby dodavatel mohl zpracovat a podat svou nabídku vycházející z relevantních a úplných informací a podkladů.

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou dodavatelé vznášet dotazy a připomínky, odpovědi na ně však budou mít pouze informativní charakter a nebudou pro zadání veřejné zakázky jakkoliv závazné.

Pokud na základě prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávacích podmínek, je dodavatel oprávněn vznést tento dotaz písemně na zadavatele v souladu s § 98 ZZVZ a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

3. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ budou nabídky v každé části této veřejné zakázky hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek v každé části této veřejné zakázky hodnocena podle níže uvedených kritérií – i) celkové nabídkové ceny bez DPH a ii) technických parametrů.

Celková nabídková cena bez DPH se v každé části této veřejné zakázky skládá z nabídkové ceny přístroje včetně příslušenství bez DPH a z nabídkové ceny za pozáruční servis bez DPH v rozsahu uvedeném v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 4a, 4b této zadávací dokumentace).

Zadavatel uvedeným kritériím stanovil následující váhu:

Kritérium	Hodnotící kritérium	Váha v %
E _C	Celková nabídková cena bez DPH	70
E _T	Technické parametry	30

Váhy jednotlivých technických parametrů jsou stanoveny takto:

Subkritérium – tech. parametry	Hodnotící subkritérium	Váha v %
--------------------------------	------------------------	----------

t1	Hodnota DQE v % @ 0,00 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220	20
t2	Hodnota rozlišení v lp/mm	15
t3	Detektor/detektory při volném snímkování je schopen/schopny předat informace o svém úhlovém odklonu od kolmé osy rentgenového paprsku k frontální rovině, pro možnost nastavení kolmosti detektoru a rentgenového paprsku - " ANO/NE "	15
t4	Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému – bezkontaktní - ANO/NE	15
t5	Tepelná kapacita anody rentgenky v kWh	10
t6	Možnost natočení detektoru na vertigrafu pro úhlopříčné snímkování – ANO/NE	7
t7	Plošná zatížitelnost bez ochranného krytu u vyjimatelných detektorů, případně detektoru pro volné snímkování dle položky v kg	5
t8	Laserový zaměřovací kříž pro polohování pacienta – ANO/NE	5
t9	Kamera umístěná v rámci kolimátoru, určená pro náhled na oblast snímkování a pro možnost nastavení oblasti snímkování (například dlouhých skládaných snímků) z sladovny – ANO/NE	5
t10	Úhlopříčka dotykového displeje, integrovaného na sestavě kolimátor rentgenka v inch	3

Pracovní postup hodnocení:

U technických parametrů t3, t4, t6, t8 a t9 v případě odpovědi „ANO“ bude bodové ohodnocení ve výši „100“ a v případě odpovědi „NE“ bude bodové ohodnocení ve výši „0“.

Kritérium	Výpočet – normalizace hodnot (minimalizační / maximalizační kritérium)	Výpočet – součet dílčích vážených subkritérií	Výpočet – dílčí vážené subkritérium	Výpočet – normalizace hodnot (maximalizační subkritérium)
E_C	$E_C = \frac{C_{min}}{C} * 100$	-----	-----	-----
E_T	$E_T = \frac{T}{T_{max}} * 100$	$T = \sum_{i=1-n} E_{t_i}$	$E_{t_i} = v_i * b_i$	$b_i = \frac{t_i}{t_{max}} * 100$



$C_{\min}$ = nejnížší nabízená celková nabídková cena všech účastníků,
 C = celková nabídková cena nabízená hodnoceným účastníkem,
 E_C = normalizace celkové nabídkové ceny hodnoceného účastníka,
 t_i = hodnota bodů přidělených dle hodnotící škály za i-té technické kritérium hodnoceného účastníka,
 $t_{\max}$ = nejvyšší možná hodnota bodů, kterou lze za technické kritérium přidělit,
 b_i = normovaný počet bodů za i-té technické kritérium hodnoceného účastníka, v_i = váha i-tého technického kritéria v %,
 E_{t_i} = dílčí vážené subkritérium i-tého technického parametru hodnoceného účastníka,
 n = celkový počet technických kritérií,
 T = hodnota součtu dílčích vážených subkritérií nabídky hodnoceného účastníka,
 $T_{\max}$ = nejvyšší hodnota ze součtů dílčích vážených kritérií všech účastníků,
 E_T = normalizace součtu dílčích vážených subkritérií nabídky hodnoceného účastníka.

Celkové hodnocení ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek E:

Celkový počet bodů získaný účastníkem (E)

$$E = \frac{70 * E_C}{100} + \frac{30 * E_T}{100}$$

Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Maximální a nepřekročitelná nabídková cena u první části této veřejné zakázky tj. „Skiagrafický rtg komplet Nemocnice Chomutov o. z. (vč. pozáručního servisu)“ je zadavatelem stanovena ve výši 4 950 000,- Kč bez DPH za vlastní skiagrafický rtg komplet. **Účastník, jehož nabídková cena v uvedené části této veřejné zakázky za vlastní skiagrafický rtg komplet bude vyšší než 4 950 000,- Kč bez DPH, bude ze zadávacího řízení vyloučen.**

4. Podmínky pro podání nabídky

4.1 Podávání nabídek

Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>, v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona.

Nabídka musí být elektronicky podepsána zaručeným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za dodavatele ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Zadavatel před podáním elektronické nabídky doporučuje seznámit se v dostatečném předstihu s podmínkami podání elektronické nabídky a provést test podání nabídky na https://zakazky.kzcr.eu/test_index.html.

Při technických problémech s elektronickým podáním nabídky je kontakt na techn. podporu dodavatele systému: tel. +420 538 702 719 podpora@ezak.cz (pracovní dny 9-17 hod.).



4.2 Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u veřejné zakázky, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

4.3 Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci dodavatelů.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ v rozsahu dále uvedeném.

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být dle § 48 odst. 2 ZZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

5.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením dokladů uvedených v § 75 ZZVZ, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ. Vzor čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), c) tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

5.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 45 a § 86 ZZVZ.

5.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu minimálně dvou významných dodávek s obdobným předmětem plnění jako je předmět plnění v této veřejné zakázce, a které realizoval v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ může dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace předložit i významné dodávky se stejným nebo obdobným předmětem plnění, které realizoval v době po zahájení tohoto zadávacího řízení.



Obdobný předmět plnění bude posuzován dle CPV kódu 33111000-1 Rentgenové přístroje, který je uveden v bodě 2.4 této zadávací dokumentace.

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění v seznamu významných dodávek je pro:

Část	Název	Částka v Kč bez DPH
1	Skiagrafický rtg komplet Nemocnice Chomutov o.z. (vč. pozáručního servisu)	2 231 405
2	Skiagrafický rtg komplet - Nemocnice Most, o.z. (vč. pozáručního servisu)	3 471 074

za každou jednotlivou dodávku.

Předložený seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

- identifikaci objednatele, tj. označení subjektu, pro který byla dodávka realizována;
- stručný popis realizované dodávky s uvedením ceny dodávky v Kč;
- doby, ve které byla dodávka realizována;
- jméno a kontakt na osobu objednatele, která může uvedené údaje potvrdit.

Dodavatel je oprávněn pro prokázání splnění technické kvalifikace předložit čestné prohlášení (příloha č. 3) zadávací dokumentace.

Změny v kvalifikaci

Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci, v průběhu zadávacího řízení, k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Nesplnění této povinnosti je dle § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

6. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

6.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.

6.2 Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

6.2.1 Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace), na kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, právní forma, IČO, DIČ), kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail,



- případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena;
- 6.2.2 Čestné prohlášení o tom, že závazný text kupní smlouvy dodavatel plně a bezvýhradně akceptuje;
- 6.2.3 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti;
- 6.2.4 Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
- 6.2.5 Doklady prokazující splnění technické kvalifikace;
- 6.2.6 Specifikace nabízeného zboží dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace;
- 6.2.7 Specifikace ceny dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace;
- 6.2.8 Ostatní doklady a dokumenty.

7. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 7.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 7.2 Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s plněním této veřejné zakázky.
- 7.3 Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.
- 7.4 Dodavatel doplní nabídkovou cenu do přílohy č. 1 a 5 této zadávací dokumentace.

8. Obchodní, platební a servisní podmínky

Veškeré obchodní, platební a servisní podmínky jsou uvedeny v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 4a, 4b této zadávací dokumentace).

Dodavatel **nepředkládá** do nabídky návrh kupní smlouvy. Závazný text kupní smlouvy bude vyplněn až před uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré chybějící údaje (zejména identifikace dodavatele, nabídková cena, jméno kontaktní osoby apod.). Dodavatel je však povinen v rámci své nabídky učinit **čestné prohlášení** (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) o tom, že závazný text kupní smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

9. Další podmínky veřejné zakázky

- 9.1 Dodavatel může podat do každé části této veřejné zakázky pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 9.2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí § 211 ZZVZ.
- 9.3 Uzavření smlouvy musí probíhat elektronicky. Smlouvu je nutné uzavřít pomocí zaručených elektronických podpisů.
- 9.4 Účastníkům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
- 9.5 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru dodavatele si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené účastníkem v nabídce.



- 9.6 Povinnost vybraného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- 9.7 Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 9.8 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 9.9 Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- 9.10 Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 127 ZZVZ.

10. Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 99 ZZVZ. Zadavatel vždy uveřejní informaci o změně nebo doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Technická specifikace
Příloha č. 3	Vzor – Čestné prohlášení
Příloha č. 4a	Obligatoční návrh smlouvy pro část 1
Příloha č. 4b	Obligatoční návrh smlouvy pro část 2
Příloha č. 5	Specifikace ceny
Příloha č. 6	Seznam významných dodávek

Přílohy zadávací dokumentace v elektronické podobě, jsou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> u příslušné zakázky.

V Ústí nad Labem dne: 28-06-2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel