



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dětská lůžka I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2173/2020**

## Oznámení zadavatele

1. Zadavatel oznamuje provedení úpravy v *Příloze č. 2c - Technická specifikace – část 3:*

### **Lůžko vyhříváné resuscitační**

Ruší se:

*Plynulé nastavování sklonu matrace (Trendelenburg/anti-Trendelenburg) až do 130 s indikací náklonu*

Nově:

*Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°*

Ruší se:

*Přiměřená velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce atd.). Z tohoto důvodu považujeme matrace s rozměrem nad 50x70cm za nevhodné. Uveďte rozměry matrace v cm*

Nově:

*Systém pro ohřev pacienta složený z řídicí jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhříváné matrace určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhříváná matrace musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka*

Ruší se:

*Dvojitá pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci a eliminaci rizika zaseknutí v mezerách/spárách např. při nájezdu do výtahu atd.*

Nově:

*Výhřevné lůžko musí disponovat 4 pojezdovými kolečky, z toho minimálně 2 musejí být brzditelná*

### **Lůžko vyhříváné standardní**

Ruší se:

*Plynulé nastavování sklonu matrace (Trendelenburg/anti-Trendelenburg) až do 130 s indikací náklonu*



Nově:

*Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°*

Ruší se:

*Přiměřená velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce atd.). Z tohoto důvodu považujeme matrace s rozměrem nad 50x70cm za nevhodné. Uveďte rozměry matrace v cm*

Nově:

*Systém pro ohřev pacienta složený z řídicí jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka*

Ruší se:

*Dvojitá pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci a eliminaci rizika zaseknutí v mezerách/spárách např. při nájezdu do výtahu atd.*

Nově:

*Výhřevné lůžko musí disponovat 4 pojezdovými kolečky, z toho minimálně 2 musejí být brzditelná*

2. Zadavatel oznamuje provedení úpravy v Příloze č. 4c - *Obligaturní návrh kupní smlouvy – část 3* v odstavci VI. bodě 4:

Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku (doplní prodávající) Kč bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně ve čtvrtletních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí. Výše čtvrtletní platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. II. této smlouvy. Úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.

S ohledem na výše uvedené úpravy se mění *Příloha č. 2c - Technická specifikace – část 3 a Příloha č. 4c Obligaturní návrh kupní smlouvy – část 3*, zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha: *Technická specifikace – část 3, Obligaturní návrh kupní smlouvy – část 3*

V Ústí nad Labem dne: 17.09.2020

.....  
Ing. Václav Štyvar, vedoucí  
Samostatné oddělení veřejných zakázek