



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Instrumentária I. - část 1: Břišní rozvěrač**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2264/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci s názvem „Operační instrumentárium pro chirurgii“ v části 1 – Břišní rozvěrač skládající se z:


“ Abdominální retraktor, rozměr 80x80 mm, např. typu Balfour“, „Hák břišní, rozměr 100x100 mm (tolerance na šířku ± 30 mm), např. typu Balfour“ a „Hák břišní, rozměr 100x120 mm (tolerance na šířku ± 30 mm), např. typu Balfour“.

Nabízíme retraktor typu Bookwalter, u kterého výrobce nabízí břišní lopatky/háky typu Balfour včetně dalších typů lopatek/háků, ale nepatrně jiných rozměrů vzhledem k tomu, že rozměry se u různých výrobců vždy mírně liší. Všechny další technické požadavky uchazeč splňuje.

Dotaz: Umožní zadavatel uchazeči se účastnit s lopatkami Balfour o rozměru 67x76mm (v toleranci), 89x70mm (v toleranci) a s lopatkou Harrington o rozměru 63x143mm nebo 89x254mm dle výběru zadavatele?

Pro lepší orientaci přikládáme obrázky:





Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení a upravuje *Přílohu č. 2a – Technická specifikace*.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha: Technická specifikace

V Ústí nad Labem dne: 23 -09-2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel