



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Čtečky CR kazet vč. pozáručního servisu**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2353/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Požadavek zadavatele uvedený v Příloze č. 2 – Technická specifikace k veřejné zakázce s názvem „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Čtečky CR kazet vč. pozáručního servisu“:

1. Obecné požadavky – položka 16 - čtecí zařízení musí umožňovat využít stávající kazety zadavatele - rozměry 18x24, 24x30, 43x43 cm

Příslušenství – položka 39 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 43x43 cm

Žádost o vysvětlení:

Uchazeč se domnívá, že u těchto dvou položek se jedná o administrativní omyl zadavatele, když požaduje kazety a záznamové folie formátu 43x43 cm, přičemž tento rozměr kazet a folií k CR systémům podle našich znalostí neexistuje. Navíc u jiných položek přílohy (č. 3, 7 a 8) zadavatel uvádí správný rozměr 35x43 cm. Má být správně rovněž u položek č. 16 a 39 uveden rozměr kazet a folií 35x43 cm?

Odpověď č. 1

Jedná se o administrativní chybu. Správné znění požadavků u položek 16 a 39 je následující:

Položka 16 - čtecí zařízení musí umožňovat využít stávající kazety zadavatele - rozměry 18x24, 24x30, 35x43 - FUJI IP CASSETTE TYPE CC - FUJI FCR STANDARD CASSETTE

Položka 39 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 35x43 cm.

Dotaz č. 2

2. Příslušenství – položka 37 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 18x24 cm

položka 38 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 24x30 cm

položka 39 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 35x43 cm

Žádost o vysvětlení:

Uchazeč se domnívá, že u těchto tří položek se jedná o celkový počet kazet a folií pro oba požadované CR systémy dohromady, a nikoliv pro každý CR systém samostatně.

Je tomu skutečně tak, že zadavatel požaduje celkem 18 ks kazet a folií pro oba CR systémy dohromady?

**Odpověď č. 2**


Ano, zadavatel požaduje celkem 18 ks kazet se záznamovou folií pro oba CR systémy dohromady:

- Položka 37 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 18x24 cm
- Položka 38 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 24x30 cm
- Položka 39 - 6 kusů kazet se záznamovou folií rozměru 35x43 cm

Zadavatel oznamuje, že v návaznosti na výše uvedené, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Čtečky CR kazet vč. pozáručního servisu o celou lhůtu. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 23-09-2020

02


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel