



Název veřejné zakázky: **Dodávka CT simulátoru vč. příslušenství a pozáručního servisu**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2281/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Bude uživatel požadovat v rámci stavebních úprav nové dveře v rámci vyšetřovny CT simulátoru, nebo bude stačit pouze repase stávajících dveří?

Odpověď na dotaz č. 1

V rámci stavebních úprav vyšetřovny souvisejících s požadavkem na dodání nové antistatické podlahové krytiny a s požadavkem na úpravu vnitřních prostor vyšetřovny zadavatel požaduje minimálně repasi dveří mezi ovladovnou a vyšetřovnou a mezi vyšetřovnou a chodbou.

Dotaz č. 2

Bude uživatelem požadována výměna stávajícího pozorovacího okna s Pb sklem (osazeno mezi vyšetřovnou CT simulátoru a ovladovnou)? V případě nového pozorovacího okna s Pb sklem prosíme o upřesnění požadovaného rozměru.

Odpověď na dotaz č. 2

V rámci stavebních úprav vyšetřovny souvisejících s požadavkem na úpravu vnitřních prostor vyšetřovny zadavatel požaduje i výměnu pozorovacího okna s Pb sklem osazeného mezi vyšetřovnou a ovladovnou. Požadované minimální rozměry jsou 80 cm x 80 cm.

V Ústí nad Labem dne: **23-09-2020**

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


Ing. Petr Fiala
generální ředitel