



Název veřejné zakázky: **Dodávky drénů a drenážních systémů pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2302/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 k části č. 3

Dobrý den,
chtěli bychom požádat o rozšíření tolerance pro vnější průměr drénu v **části 3** u položek č. 7 a 8 z Ch+1 na Ch+2, stejně jako u položek položky č. 1-6. Rozšířením tolerance by mohlo dojít k rozšíření potenciálního okruhu zákazníků.

Odpověď č. 1 k části č. 3

Zadavatel souhlasí se změnou v technické specifikaci u položky:


„tolerance pro vnější průměr drénu je u položky č. 1-6 - Ch +2 a u položky č. 7 a 8 - Ch+1“

NOVĚ

„tolerance pro vnější průměr drénu je u položky č. 1-6 - Ch +2 a u položky č. 7 Ch+1 a položky č. a 8 Ch+2“

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Dodávky drénů a drenážních systémů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 3: Hrudní drény s trokarem s atraumatickým koncem a bez trokaru o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **30 -09- 2020**


.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

