

Název veřejné zakázky: **Hemokultivační systémy pro Krajskou zdravotní, a.s.**
část 1: Hemokultivační systém, Nemocnice Most, o.z.

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2040/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci (ZD) je v části Technická specifikace dle § 79 ZZVZ uvedeno, že „Stejný předmět plnění bude posuzován dle CPV kódu 38434570-2 Hematologické analyzátory.“ Předmětem plnění ale mají být v obou částech ZD „hemokultivační systémy“, které nespadají pod uvedený CPV kód.

Bude zadavatel pro prokázání technické specifikace akceptovat předložení seznamu minimálně 2 významných dodávek se stejným předmětem plnění, tedy hemokultivační systém, bez splnění podmínky stejného CPV kódu jako je uvedený kód CPV 38434570-2?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude pro prokázání technické kvalifikace akceptovat pouze CPV kód předmětu plnění, který nově uvede v Oznámení zadavatele v návaznosti na dotaz č. 2.

Dotaz č. 2

Předmět VZ je také špatně klasifikován v části ZD Klasifikace předmětu veřejné zakázky!! Domníváme se tedy, že došlo k chybě v zadávací dokumentaci – konkrétně v klasifikaci Předmětu plnění a že zadavatel musí ZD opravit.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel připouští opravu CPV kódu předmětu plnění. Nový CPV kód bude uveden v Oznámení zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Dotaz č. 3

Přílohou ZD jsou přílohy č. 2a a 2b Kupní smlouvy (KS) a rámcové dohody (RD) o nákupu vázaného spotřebního materiálu, které odkazují na přílohy Kupní smlouvy č. 1, č.2 a č. 3. Tyto přílohy nejsou součástí ZD.



Jelikož Uchazeč musí v rámci nabídky učinit prohlášení, že závazný text KS a RD plně a bezvýhradně akceptuje, prosíme o doplnění těchto příloh – zejména přílohy č. 2 Specifikace plateb za pozáruční servis.

Odpověď na dotaz č. 3

Přílohy Kupní smlouvy předkládá účastník zadávacího řízení po vyzvání Zadavatelem, společně s podepsanou Kupní smlouvou. Z tohoto důvodu přílohy nemohou být součástí zadávací dokumentace.

- Přílohou č. 1 účastník předkládá nabídku, která specifikuje nabízené zboží.
- Přílohou č. 2 účastník specifikuje způsob a četnost plateb, která je uvedena v návrhu kupní smlouvy odst. VI. bod č. 4.
- Přílohou č. 3 účastník specifikuje cenu nabízeného zboží. Jako podklad slouží Příloha Zadávací dokumentace, Příloha č. 4a a 4b Podklad pro stanovení nabídkové ceny.

Dotaz č. 4

V ZD v příloze Technická specifikace, i v textu Kupní smlouvy požaduje Zadavatel mimo jiné provedení revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb. v rámci záručního i pozáručního servisu. Jelikož poptávaný předmět plnění „hemokultivační systém“ není pevně připojen ke zdroji elektrické energie, považujeme tento požadavek za nadbytečný.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel akceptuje návrh účastníka a nebude požadovat revize dle § 67 a 68 zákona o zdravotnických prostředcích.

Dotaz č. 5

V KS část III. Doba a místo plnění požaduje kupující pro část č.1 i pro část č. 2 ZD předání zboží (tj. vč. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti) nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

Nad to v ZD požaduje zadavatel v příloze Technická specifikace-Hemokultivační systémy mimo jiné pro část č.1 „připojení do laboratorního informačního systému (LIS) – Janiga Labs“ a pro část č. 2 „připojení do informačního systému transfuzního oddělení (TIS)- Amadeus“ (na náklady prodávajícího).

Jelikož KS o připojení do LIS (část č. 1) nebo TIS (část č. 2) nepojednává, může zadavatel upřesnit, zda se tato lhůta vztahuje i na připojení do LIS a TIS?

Případně, pokud je předáním rozuměno předání včetně připojení do LIS, příp. TIS, bude zadavatel akceptovat delší dobu na předání?

Odpověď na dotaz č. 5

Doba a místo plnění v návrhu kupní smlouvy se vztahuje na úkony popsané v obligatorním návrhu v čl. III, kde není uvedeno připojení do LIS/TIS. v bodě e. uvedení zboží do provozu, včetně ověření jeho funkčnosti je myšleno ověření funkčnosti systému (zboží). Dořešení připojení k LIS/TIS



je logicky laděna mezi dodavatelem LIS/TIS a dodavatelem zboží za spolupráce IT KZ, a.s. až po řádné instalaci systému. Není tedy do této lhůty zahrnuta.

Dotaz č. 6

Zadavatel v rámci KS a RD požaduje (pro část č.1 i pro č.2) dodání vázaného spotřebního materiálu nejpozději do 3 dnů od doručení jednotlivé objednávky, v mimořádných případech nejpozději do 48 hodin. Tento požadavek nese zvýšené náklady na udržování skladu na straně prodávajícího. Zároveň také požaduje zadavatel dodání vázaného spotřebního materiálu s dobou použitelnosti minimálně 12 kalendářních měsíců v okamžiku jeho dodání kupujícímu. Obvyklá doba použitelnosti u tohoto druhu spotřebního materiálu po dodání ke koncovému uživateli je 3-6 měsíců.

Při kombinaci požadovaného rychlého dodání, a tedy s nutností držet sklady na straně prodávajícího a bez závazku kupujícího dané zboží odebrat, považujeme tyto 2 podmínky za nepřiměřené a neakceptovatelné.

Dotaz 6a) Bude zadavatel akceptovat dodávky vázaného spotřebního materiálu do 7 pracovních dní?

Dotaz 6b) Bude zadavatel v rámci mimořádných plnění (48 hodin) akceptovat maximální plnění ve výši maximálně 1 balení od každého druhu vázaného spotřebního materiálu?

Dotaz 6c) Bude zadavatel vzhledem k požadavku na rychlé doručení akceptovat dodání vázaného spotřebního materiálu s dobou použitelnosti 3 měsíce?

Dotaz 6d) Bude zadavatel akceptovat v mimořádných případech plnění do 3 pracovních dní?

Dotaz 6e) Bude zadavatel akceptovat dohodu o skladových zásobách na straně prodávajícího se závazkem takto nastavené množství skladových zásob odebrat? Pokud ano jaké by měli být minimální skladové zásoby pro běžnou potřebu zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 6

- a) Zadavatel nebude akceptovat dodávky vázaného spotřebního materiálu do 7 pracovních dní.
- b) Zadavatel nebude akceptovat v rámci mimořádných plnění maximální plnění ve výši jednoho balení od každého druhu vázaného spotřebního materiálu.
- c) Zadavatel v části 1 veřejné zakázky Hemokultivační systém, Nemocnice Most, o.z., bude akceptovat dodání vázaného spotřebního materiálu s dobou použitelnosti 3 měsíce.

Zadavatel v části 2 veřejné zakázky Hemokultivační systém, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., bude akceptovat dodání vázaného spotřebního materiálu s dobou použitelnosti 6 měsíců.

- d) V mimořádných případech bude zadavatel akceptovat termín dodání spotřebního materiálu do 3 dnů.
- e) Zadavatel dohodu o skladových zásobách akceptovat nebude.



Přílohy:


Příloha č. 2a_Obligatoční návrh kupní smlouvy a rámcové dohody pro část 1_aktualizace_ 02.10.2020

Příloha č. 2b_Obligatoční návrh kupní smlouvy a rámcové dohody pro část 2_aktualizace_02.10.2020

Příloha č. 3_Technická specifikace_aktualizace_ 02.10.2020

V Ústí nad Labem dne: 01-10-2020

06
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

