

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Skioskopické sklopné stěny vč. pozáručního servisu**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2347/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

- část 1, Skioskopické RTG přístroje Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.

Zadavatel v technických specifikacích pro vysokofrekvenční generátor a RTG zářič požaduje:

- tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů pro skioskopická vyšetření
- digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID

Námi nabízený přístroj světového výrobce obsahuje automatický kolimátor s přídavnými filtry z kombinace Al a Cu, jaké jsou standardem i u jiných světových výrobců a přístrojů. Přídavné filtrace všech výrobců musí odpovídat radiologickým standardům pro definovaná vyšetření. Námi nabízená kombinace Al a Cu filtrace nepředstavuje z klinického hlediska žádné omezení, naopak je kombinace dvou různých materiálů výhodnější, neboť každý z kovů vykazuje jiné charakteristiky útluhu pro různé hodnoty energie.

Bude zadavatel akceptovat primární clonu se třemi přídavnými filtry v rozsahu až 1 mm Al + 0,2 mm Cu s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů pro skioskopická vyšetření?

Odpověď č. 1 část 1

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci.



Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

- část 1, Skiaskopické RTG přístroje Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.

Zadavatel v technických specifikacích pro stěnu a patientský stůl požaduje:

- maximální vzdálenost desky stolu a povrchu detektoru max. 7,5 cm

Vzdálenost povrchu desky stolu a detektoru u námi nabízeného přístroje světového výrobce činí 7,8 cm. Rozdíl 0,3 cm je dle našeho mínění zanedbatelný a nevykazuje žádný klinický rozdíl.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje se vzdáleností desky stolu a povrchu detektoru 7,8 cm?

Odpověď č. 2 část 1

Zadavatel bude akceptovat také nabídku přístroje se vzdáleností desky stolu a povrchu detektoru 7,8 cm.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci

- část 1, Skiaskopické RTG přístroje Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.

Zadavatel v technických specifikacích pro stěnu a patientský stůl požaduje:

- možnost šikmých snímků v úhlu až $\pm 45^\circ$

Námi nabízený přístroj světového výrobce umožňuje šikmé snímkování do úhlu $\pm 45^\circ$. Rozdíl o 5° je dle našeho mínění zanedbatelný a nevykazuje žádný klinický rozdíl.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje umožňujícího šikmé snímkování v úhlu $\pm 45^\circ$?

Odpověď č. 3 část 1

Zadavatel bude akceptovat nabídku systému, který bude naplňovat požadavek zadavatele a hodnotu, kterou deklaruje tazatel tj. $\pm 45^\circ$.



Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci

- část 1, Skiaskopické RTG přístroje Nemocnice Chomutov, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.

Zadavatel v technických specifikacích pro obrazový procesing požaduje:

- sériový snímkový provoz s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 0,5 – 8,0 obr./s v matici min. 1.4kx1.4k /12 bit

Námi nabízený přístroj světového výrobce umožňuje snímkování ve volitelných frekvencích v rozsahu 1,0 – 10,0 obr./s. Jedná se o širší rozsah umožňující dokonce vyšší snímkový frekvence, než je požadováno.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje umožňujícího sériový snímkový provoz s volitelnými frekvencemi v rozsahu 1,0 – 10,0 obr./s?

Odpověď č. 4 část 1

Zadavatel bude akceptovat také nabídku přístroje umožňujícího sériový snímkový provoz s volitelnými frekvencemi v rozsahu 1,0 – 10,0 obr./s.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiaskopické sklopné stěny vč. pozáručního servisu část 1: Skiaskopické rtg přístroje Nemocnice Chomutov, o. z. a Nemocnice Teplice, o.z. (vč. pozáručního servisu) o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 09 -10- 2020



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

