



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Operační stoly II. - část 3: Mobilní operační stůl pro
Nemocnici Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2280/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v minimálních technických požadavcích pro tuto část:

- mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou

Můžeme nabídnout mobilní elektro-hydraulický operační stůl s pevnou operační deskou? Naše koncepce elektro-hydraulického pohonu je velmi spolehlivá, bezporuchová. Nabízí vyšší spolehlivost především při manipulaci s vyšším zatížením stolu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na požadavku: *mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou.*

Dotaz č. 2:

dále Zadavatel požaduje:

- vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu

Bude Zadavatel akceptovat řešení, kdy stůl je blokován elektrickým uzamčením kol? Toto řešení splňuje požadavek zadavatele na 100% stabilitu operačního stolu při všech operačních výkonech a se zajištěním nosnosti ve všech polohách při plném zatížení. Navíc toto řešení umožní personálu pohodlný přístup přímo k desce operačního stolu ze všech směrů bez jakéhokoli omezení.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku: *vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu.*

**Dotaz č. 3:**

- šířka operační desky včetně eurolišť maximálně **590 mm**

Bude Zadavatel akceptovat šířku operační desky 630 mm? Vzhledem k Zadavatelem požadované vyšší nosnosti stolu předpokládáme použití stolu i k operacím bariatrických pacientů. V tomto případě je širší deska operačního stolu k zajištění stability pacienta více než žádoucí. Tato šíře operační desky stolu neztěžuje přístup k pacientům během urologických zákroků.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku: *šířka operační desky včetně eurolišť maximálně 590 mm.*

Dotaz č. 4:

dále Zadavatel požaduje:

- náklon hlavové části minimálně **$\pm 45^\circ$**

Bude Zadavatel akceptovat operační stůl s náklonem hlavové části **$+45/-30^\circ$** ?


Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel akceptuje náklon hlavové části **$+45/-30^\circ$** .

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 12 -10- 2020

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel