

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Operační stoly II. - část 3: Mobilní operační stůl pro
Nemocnici Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2280/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Dotaz

Zadavatel v části č. 3 – Mobilní operační stůl pro oddělení urologie Nemocnice Most, o.z., v technických požadavcích mj. uvádí požadavky „základna pro pohyb vybavena min. 4 do základny zasouvacími se kolečky – ukotvovací systém nebo jiné obdobné technické řešení, které zajistí bezproblémovou hygienu (omyvatelná kolečka s bezproblémovým přístupem, s vhodným povrchem pro dezinfekci) a ukotvení pro zajištění úplné stability stolu při operačním výkonu a vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu“.

Námi dodávané operační stoly disponují dvojími koly, která se nezasouvají do základny stolu, ale jsou vhodně kryta a umístěna na vnějších rozích základny tak, aby zajišťovala stabilitu stolu a umožňovala bezproblémovou hygienu. Úplná stabilita těchto stolů je zajišťována čtyřmi výsuvnými stabilizačními válci, které se, po zabrzdění stolu, vysunou ze základny a stůl perfektně ukotví k zemi. Jedná se tedy o obdobné technické řešení zajištění stability jako je požadováno.

Bude zadavatelem akceptována i nabídka výše popsaného operačního stolu, který disponuje obdobných technickým řešením ukotvovacího systému?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i technické řešení ukotvovacího systému realizované výsuvnými stabilizačními válci, které se po zabrzdění stolu vysunou ze základny.

Dotaz č. 2:

Dotaz

V části 3 v technických požadavcích zadavatel uvádí požadavek na „šířka operační desky včetně eurolišť maximálně 590 mm“.

Námi nabízené mobilní operační stoly mají šířku operační desky včetně eurolišť 610 mm. Umožní zadavatel nabídku tohoto operačního stolu, který disponuje širší operační deskou a plně odpovídá medicínskému účelu použití?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku: *šířka operační desky včetně eurolišť maximálně 590 mm.*

Dotaz č. 3:

Dotaz

V části 3 je požadováno: „postranní eurolišty pro připevnění doplňků“

Chápeme správně, že mají být eurolišty po celé délce stolu, tedy i u hlavové části?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, účastník chápe správně, že zadavatel požaduje eurolišty po celé délce stolu, tudíž i u hlavové části.

Dotaz č. 4:

Dotaz

V části 3 je mj. požadováno: Opěrky nohou (šauty) 2 ks; fixační pásy na nohy 2 ks; boční zarážky pro fixaci pacienta v poloze na boku 2 ks.

Chápeme správně, že je požadován vždy po 1 páru resp. celkem 6 jednotlivých kusů výše uvedeného příslušenství?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel požaduje u uvedeného příslušenství vždy 1 pár.

Dotaz č. 5:

Dotaz

Námi nabízený mobilní operační stůl disponuje možností flexe (zalomení operačního stolu do písmene „A“) 210°. Zadavatel však uvádí požadavek na 220°. Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního operačního stolu, který bezpochyby splňuje požadovaný medicínský účel?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na požadavku: *možnost flexe (zlomení stolu) minimálně 220°.*

Dotaz č. 6:**Dotaz**

Zadavatel v části č. 3 požaduje aby operační stůl měl centrální brzdu a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru.

Námi nabízené operační stoly mají centrální brzdu, resp. po zastavení se ze základny vysunou brzdové (stabilizační) válce. Tyto stoly dále disponují 4 dvojitými koly o průměru 125 mm. Takto kola jsou dimenzována tak, aby perfektně držela směr a i při delší rovné jízdě nedochází k nechtěnému zatáčení. Z výše uvedeného důvodu tento mobilní operační stůl nemá funkci aretace pro udržení přímého směru, protože to není pro tento typ stolu relevantní.

Chápeme správně, že v případě, kdy je řádný pohyb či jízda stolu zajištěna i bez nutnosti aretace jednoho kola, bude zadavatelem akceptována nabídka výše uvedeného mobilního operačního stolu?


Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, zadavatel akceptuje i nabízené řešení, tzn. zajištění přímého pohybu i jiným technickým řešením než je aretace jednoho kola.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 12.10.2020

06

**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

