



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Laboratorní přístroje**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2344/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se týká veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje **část 2: Tromboelastometr pro ARO odd. (Nemocnice Teplice, o.z.)**


Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat nabídku tromboelastografu využívajícího testy se suchými reagenciemi, bez nutnosti pipetování reagentů a s předkonfigurovanou sadou 9 testů, které lze kombinovat dle potřeby uživatele? Jedná se o systém tromboelastografu poslední generace, kde si personál může vybrat, jaké testy zrovna potřebuje a může tak výrazně uspořit náklady.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci – technické specifikaci a nebude akceptovat výše uvedenou nabídku.

V Ústí nad Labem dne: **13 -10- 2020**



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek