



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Operační stoly II. - část 1: Operační stoly pro Nemocnici
Chomutov, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2280/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

V požadovaném příslušenství k operačním stolům na obor – Všeobecná chirurgie+uro/gynekologie je požadavek :
- Požadovány boční zarážky pro polohování pacienta s trojkloubovým mechanismem včetně opěrky (polsteru)

Dotaz č.1:

Bude zadavatel akceptovat řešení boční zarážky pro polohování pacienta s jiným než trojkloubovým mechanismem? Náš typ zarážky je stranově výškově i délkově stavitelný a umožňuje vypořehování pacienta v jakékoliv pozici v těchto třech osách, stejně tak jako požadovaný mechanismus s trojkloubem a splňuje požadovaný medicínský účel.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje boční zarážky v takovém provedení, aby umožňovaly polohování pacienta a byly stavitelné ve třech osách. Zadavatel netrvá pouze na kloubovém řešení.

Dotaz č. 2:

V požadovaném příslušenství k operačním stolům na obor – Všeobecná chirurgie+ortoped./traumatologie je požadavek :
- Multikloubové zařízení pro horní končetinu, dovolující pohyb končetinou ve všech směrech a úhlech, RTG transparentní

Dotaz č.2 :

Může zadavatel upřesnit tento požadavek z hlediska RTG transparentnosti? Multikloubové zařízení pro horní, ale i dolní končetinu ve své nabídce máme. Vzhledem k technické a konstrukční náročnosti zajišťující pohyb ve všech směrech a úhlech (kloubní mechanismus, vnitřní táhla, převody) není možné toto zařízení vyrobit z karbonu nebo jiného RTG transparentního materiálu. Domníváme se proto, že jde o požadavek nesplnitelný. Multikloubové zařízení umožňuje vypořehování končetiny tak, aby nepřekáželo při zobrazování končetiny pomocí C-ramene, na rozdíl od klasických držáků končetin, které jsou fixně umístěné na eurolišti a mohou vadit.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „*Multikloubové zařízení pro horní končetinu, dovolující pohyb s končetinou ve všech směrech a úhlech, RTG transparentní*“. Jedná se o RTG transparentnost v místě uchycení horní končetiny, nikoliv o RTG transparentnost kloubových částí, které jsou při polohování mimo pole RTG záření.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

14 - 10 - 2020

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ25488627.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel