



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Skiagrafické rtg komplety vč. pozáručního servisu**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2350/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem:

„Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiagrafické rtg komplety vč. pozáručního servisu“ –
část 1 – Nemocnice Chomutov

Dotaz č. 1:

Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace pro část č.1 – Chomutov, bod 5.5

Nejasnost se týká požadavku: Rozsah rotace rentgenky kolem osy svislé

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje pohyb rentgenky min. v rozsahu $\pm 180^\circ$. Námi nabízený RTG systém předního světového výrobce, který patří v současnosti k nejrozšířenějším skiagrafickým systémům v ČR, má standardní rozsah rotace rentgenky $-157^\circ / +183^\circ$. Jedná se o zanedbatelný rozdíl, který nemá jakýkoli vliv na provozní nebo klinické užití.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku RTG systému, jehož Rozsah rotace rentgenky kolem osy svislé činí $-157^\circ / +183^\circ$?

Odpověď č. 1 část 1

Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému, jehož rozsah rotace rentgenky kolem svislé osy bude min. $-150^\circ / +180^\circ$.

Dotaz č. 2:

Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace pro část č.1 – Chomutov, bod 8.6

Nejasnost se týká požadavku: Náklon detektoru okolo vertikální osy vertigrafu

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje Náklon detektoru okolo vertikální osy vertigrafu, což je neobvyklý požadavek. Proto se domníváme, že jde o administrativní chybu.

Má Zadavatel tímto požadavek na mysli náklon detektoru ve vertikální rovině nebo okolo horizontální osy vertigrafu?

Odpověď č. 2 část 1

Zadavatel požadavek dle bodu 8.6. technické specifikace na „Náklon detektoru okolo vertikální osy vertigrafu“ vypouští, tedy tato funkcionality nebude požadována.

Dotaz č. 3:

Pasáž v zadávací dokumentaci: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace pro část č.1 – Chomutov, bod 10.9

Nejasnost se týká požadavku: Odolnost detektorů proti nečistotám a tekutinám

Zadavatel na výše uvedeném místě požaduje Odolnost detektorů proti nečistotám a tekutinám na úrovni min. IPX6. Námi nabízený RTG systém předního světového výrobce, který patří v současnosti k nejrozšířenějším skiagrafickým systémům v ČR, má stupeň krytí – IPX4. To odpovídá odolnosti proti stříkající vodě, kdy voda stříká na zařízení ze všech úhlů, při tlaku 50–150 kN/m², v množství 10 litrů za minutu po dobu nejméně 5 minut.

Jsmo přesvědčeni, že z pohledu zamýšleného užití detektorů je takováto ochrana plně dostatečná a že se jedná o zanedbatelný rozdíl, který nemá jakýkoli vliv na provozní nebo klinické užití.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku RTG systému, jehož stupeň krytí detektorů proti vniknutí pevných částic a tekutin je na úrovni IP54?

Odpověď č. 3 část 1

Zadavatel bude akceptovat nabídku RTG systému, jehož stupeň krytí detektorů proti vniknutí pevných částic a tekutin je na úrovni min. IPX3.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Skiagrafické rtg komplety vč. pozáručního servisu **část 1: Skiagrafický rtg komplet Nemocnice Chomutov o.z. (vč. pozáručního servisu)** o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **15 -10- 2020**


.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek