



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dětská lůžka I.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2173/2020**

Oznámení zadavatele

1. Zadavatel oznamuje provedení úpravy v Příloze č. 2c - *Technická specifikace – část 3:*

Lůžko vyhřívání resuscitační

Ruší se:

Systém pro ohřev pacienta složený z řídicí jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívání matrace určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívání matrace musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka.

Nově:

Velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce). Velikost matrace musí rozměrově odpovídat ložné ploše lůžka.

Lůžko vyhřívání standardní

Ruší se:

Systém pro ohřev pacienta složený z řídicí jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívání matrace určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívání matrace musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka.

Nově:

Velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce). Velikost matrace musí rozměrově odpovídat ložné ploše lůžka.



S ohledem na výše uvedené úpravy se mění *Příloha č. 2c - Technická specifikace – část 3*, zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha: Technická specifikace – část 3

V Ústí nad Labem dne: 15. 10. 2020

.....
Ing. Václav Štyvar, vedoucí
Samostatné oddělení veřejných zakázek

