

Název veřejné zakázky: **Vyšetřovací světlo pro chirurgickou ambulanci**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550


Evidenční číslo: **2251/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Délka ramene minimálně 175 cm, rameno musí mít minimálně 3 pohyblivé klouby (světlo se musí dát různě natáčet dle potřeb vyšetřujícího)

Bude zadavatel akceptovat svítidlo s celkovou délkou ramene 152 cm ? viz nákres



Děkujeme za vysvětlení ZD



Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: 15 -10-2020

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

