



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infúzní technika II.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2340/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace splnění parametru pro volumetrickou pumpu a lineární dávkovač:

- Název podávaného léčiva v délce minimálně 20 znaků

Je možné akceptovat zobrazení názvu léčiva v délce 15 znaků, což je pro identifikaci léčiva dostatečné? Účastník má za to, že tato klinicky bezvýznamná odchylka nemá žádný negativní vliv.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **nebude** akceptovat nabízené zobrazení názvu léčiva v délce 15 znaků. Zadavatel trvá na své technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne: 02.11.2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel