



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infúzní technika II.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2340/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z přílohy č. 2 Technická specifikace pro dokovací stanice vyplývá, že zadavatel požaduje, aby dokovací stanice splňovala požadavek: „Technologie umožňující budoucí rozšíření o centrální monitoraci provozu infuzní techniky“. Účastník považuje tento požadavek za nejednoznačný, tudíž v rozporu s §6 ZZVZ, jelikož někteří účastníci by tento požadavek mohli chápat i jako nabídnout v rámci zakázky dokovací stanice, které nebudou v rámci této zakázky kompatibilní s centrální monitorací, a mohou tak vzniknout v budoucnu další náklady při případném propojování s centrální monitorací na již pořízených komponentech. Mohl by zadavatel tento požadavek přehodnotit a vysvětlit, aby nedocházelo k nejednoznačnosti pochopení tohoto požadavku?

Požaduje zadavatel dodání dokovacích stanic, které jsou již jsou kompatibilní s budoucí centrální monitorací bez nutnosti zásahu do hardware/přístrojového upgradu dokovacích stanic?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel tímto požaduje infuzní techniku s dokovací stanicí, kterou je možné napojit do datové infrastruktury zadavatele bez potřeby další úpravy, změny nebo dovybavení o další komponenty tak, aby prostřednictvím datové sítě mohla komunikovat s centrálním monitorem.

V Ústí nad Labem dne:

10 - 11 - 2020

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel