



Název veřejné zakázky: **Myčka podložních mís pro oddělení Kardiochirurgie,
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2343/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

„Vážený zadavateli,

prosíme Vás o upřesnění následujícího parametru - doplnění rozměru výšky od podlahy k odpadu
(buď k jeho středu, nebo jeho okraji).“

Odpověď na dotaz č. 1

Výška od podlahy k hornímu okraji odpadu je 60 cm.

V Ústí nad Labem dne: 11.11.2020

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel