



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2355/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 část 3

Veřejná zakázka:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní a.s. – Ultrazvuky II

Část 3: Echokardiografický přístroj I, Nemocnice Chomutov, interní odd.

Vedená pod evidenční číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-037364

Vážení,

jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku si Vás dovoluujeme, v souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, požádat o vyjasnění následujícího:

Zadavatel uvedl následující požadavek:

„Matrixová sektorová sonda pro TTE vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 7 MHz, využívající single crystal technologie“

V našem portfoliu máme sondu splňující uvedené požadavky. Jedná se ale o sondu s frekvenčním rozsahem, který je vhodný především pro vyšetření v pediatrii a vzhledem k vyšší frekvenci není vhodná pro vyšetření dospělých pacientů. Rádi bychom proto uvedli v naší nabídce vhodnější sondu pro potřeby Interního oddělení.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat sondu se specifikací:

„Matrixová sektorová sonda pro TTE vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 6 MHz, využívající single crystal technologie?“

Taková sonda bude výrazně lépe vyhovovat požadavkům pro vyšetření dospělých pacientů, která budou na Interním oddělení prováděna.

Odpověď č. 1 část 3

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení a tímto mění znění požadavku na frekvenční rozsah TTE sondy na 1 – 6 MHz, ostatní požadavky na TTE sondu zůstávají nezměněny.

**Dotaz č. 2 a) část 3**

Dobrý den,

v zadávacích podmínkách VZ – technické specifikaci zadavatel požaduje:

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 2 - 22 MHz

U požadovaných sond je však nejvyšší vyžadovaná frekvence 11 MHz. Připustí zadavatel nabídku přístroje s frekvenčním rozsahem 1 – 20 MHz, který je z praktického i klinického hlediska více než dostatečný?

Odpověď č. 2 a) část 3

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 2 b) část 3

A dále

- Matrixová sektorová sonda pro TTE vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 7 MHz, využívající single crystal technologie

Uvedená sonda se standardně používá pro pediatrická kardiologická vyšetření. Vzhledem k požadavku ZD na dodání „sektorové sondy pro echokardiografická vyšetření pro obtížně vyšetřitelné pacienty, s frekvenčním rozsahem minimálně 2-5 MHz s možností zobrazení na harmonických kmitočtech“, která bude sloužit pro TTE echokardiografické vyšetření dospělých pacientů a s ohledem na kombinaci požadovaných sond se nám jeví jako pravděpodobnější, že zadavatel požaduje Matrixovou sektorovou sondu pro TEE vyšetření (jícnovou sondu) – je tomu tak?

Odpověď č. 2 b) část 3

Předpoklad uchazeče je nesprávný - jícnovou sondu nyní zadavatel nepožaduje. Zadavatel požaduje dodání TTE sektorové sondy pro echokardiografická vyšetření v frekvenčním rozsahu uvedeném v technické specifikaci. Zmiňovaná TEE sonda včetně SW je v technické specifikaci uvedena jako možnost budoucího rozšíření.

Dotaz č. 3 část 4

Dobrý den,

v zadávacích podmínkách VZ – technické specifikaci zadavatel požaduje:

- Vysouvateľná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajiždí do ovládacího panelu)

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s klávesnicí na dotykovém displeji? S ohledem na zvýšené hygienické nároky na dezinfekci zdravotnických prostředků považujeme toto řešení za vhodnější pro zadavatele.



Odpověď č. 3 část 4

Zadavatel upravuje požadavek v technické specifikaci viz. text níže:

- Vysouvateľná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajišťuje do ovládacího panelu), NEBO klávesnice na dotykovém displeji (zadavatel nepovažuje za nutné, aby přístroj disponoval oběma možnostmi)

Dotaz č. 4 část 5

Dobrý den,

v zadávacích podmínkách VZ – technické specifikaci zadavatel požaduje:

- Hloubka zobrazení minimálně do 50 cm

S ohledem na plánované použití přístroje na neurologickém oddělení a pro odpovídající typy neurologických vyšetření se nám jeví požadavek na hloubku zobrazení 50 cm jako nepřiměřeně vysoký. Umožní zadavatel nabídnout přístroj s hloubkou zobrazení minimálně do 40 cm?

Odpověď č. 4 část 5

Zadavatel trvá na podmínkách technické specifikace. Z klinického hlediska není důvod ke změně požadovaných technických či uživatelských parametrů a vlastností.

Dotaz č. 5 část 6

Věc: Dodatečné dotazy ke specifikaci předmětu veřejné zakázky:
„Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.“

Část 6: Ultrazvukový přístroj pro rehabilitační oddělení

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje frekvenční rozsah přístroje minimálně 18 MHz. Nejvyšší požadovaná frekvence u sond (lineární sondy) je požadována 12 MHz.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s rozsahem 1 – 13 MHz?

Odpověď č. 5 část 6

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.



Dotaz č. 6 část 6

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje automatické zmražení při nečinnosti sond po nastavené době.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který má automatické zmražení při nečinnosti sondy po pevně nastavené době (doba pro zmražení se nedá měnit uživatelem).

Odpověď č. 6 část 6

Zadavatel bude akceptovat i uchazečem nabízené řešení.

Dotaz č. 7 část 6

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje PW tkáňový Doppler. Tato funkce se používá hlavně v kardiologii a v rehabilitaci bude nevyužita. Tato funkce bude zbytečně zvyšovat cenu přístroje.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový bez funkce PW tkáňový Doppler?

Odpověď č. 7 část 6

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

Dotaz č. 8 část 6

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje duální zobrazení dvou B obrazů (vedle sebe, nad sebou).

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj, který umožňuje zobrazení dvou B obrazů pouze vedle sebe (nikoli nad sebou)?

Odpověď č. 8 část 6

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

**Dotaz č. 9 část 6****Dotaz č. 5:**

Zadavatel požaduje konvexní sondu pro vyšetření páteře s frekvenčním rozsahem 2 – 8 MHz.

Pro zobrazení páteře jsou důležité sondy s dobrou penetrací ultrazvuku do tkáně.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s konvexní sondou s frekvenčním rozsahem 2 – 5 MHz, která splňuje požadavek na spodní hranici frekvenčního rozsahu a dosahuje tak dobré penetrace ultrazvuku do tkáně?

Odpověď č. 9 část 6

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 3: Echokardiografický přístroj I. (Nemocnice Chomutov, o.z., Interní oddělení); Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 4: Echokardiografický přístroj II. (Nemocnice Chomutov, o.z., Interní oddělení); Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 6: Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Chomutov, o.z., Rehabilitační oddělení) o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 11.11.2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

