



Název veřejné zakázky: **Myčka podložních mís pro oddělení Kardiochirurgie,
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2343/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je uvedeno, že vzdálenost k hornímu okraji odpadu od podlahy je 600 mm. Při průměru odpadu 110 mm to znamená, že se střed nachází cca 545 mm nad podlahou. Dle fotografií se jedná o pozici, kde byla v minulosti instalovaná jiná myčka podložních mís.“

Počítá zadavatel s nutností stavebních úprav v případě, že vítězný přístroj nebude možné bez stavebního přizpůsobení připojit k přívodu vody, odpadu apod.?“

Odpověď na dotaz č. 1

„Účastník v dotazu chybně uvádí, že průměr odpadu je 110 mm. Dle přílohy č. 3 – technická specifikace, která je součástí zadávací dokumentace, je průměr odpadu 100 mm. Dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je výška k hornímu okraji odpadu 60 cm. Střed odpadu se tedy nachází ve výšce 55 cm. Zadavatel nepočítá se stavebními úpravami místa, na kterém má být myčka podložních mís umístěna.“

V Ústí nad Labem dne: 13.11.2020



Ing. Petr Fiala
generální ředitel