



Evidenční číslo veřejné zakázky: 2ZP14067, 4ZP14021

Název veřejné zakázky: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most – perinatologický program 2014 – Dodávka 3 ks kardiogramů

Počet listů veřejné zakázky:

Počet příloh veřejné zakázky:

Výzva k podání nabídky

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Zakázka není zadávána podle ZVZ v souladu s ust. § 18 odst. 5 ZVZ.

Součástí výzvy k podání nabídky je zadávací dokumentace.

Název zakázky:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most – perinatologický program 2014 – Dodávka 3 ks kardiogramů

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech soutěže:

Marie Štěpánková
tel: 477 115 222
e-mail: marie.stepankova@kzcr.eu



3. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace 2 ks kardiokografů pro oddělení gynekologicko - porodnické Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a 1 ks kardiokografu pro gynekologicko- porodnickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. vč. veškerého příslušenství, které je nutné pro uvedení do provozu. Součástí plnění musí být instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání veškeré dokumentace uvedené v obligatorním návrhu smlouvy, záruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ, a to v následující struktuře:

Část 1: Dodání a instalace 2 ks kardiokografů pro oddělení gynekologicko - porodnické Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Část 2: Dodání a instalace 1 ks kardiokografu pro gynekologicko- porodnickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některou část veřejné zakázky.

3.1 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění souhrnně za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů činí:

Pro část 1: 165 290,00 Kč bez DPH

Pro část 2: 306 000,00 Kč bez DPH

Celkem za část 1. a 2. 471 290,00 Kč bez DPH.

3.2 Rozsah a specifikace předmětu plnění

Část 1. – 2 kusy kardiokografů pro Nemocnici Most, o.z.

Popis:

Fetální monitor s monitorací dvojčat na sál gynekologicko-porodnického oddělení.

Technická specifikace:

- Možnost měření antepartální i intrapartální
- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat
- Monitorování děložních stahů (TOCO)
- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)
- Monitorace matky ECG, HR/PR, NIBP, SpO2, TEMP



- Detekce pohybu plodů (AFM)
- Rozsah tepové frekvence minimálně: 50 bpm – 210 bpm
- Rozlišení tepové frekvence maximálně: 1bpm
- Přesnost měření tepové frekvence maximálně: ± 2 bpm
- Sondy voděodolné:
 - 1x TOCO sonda
 - 2x US sonda
- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 5"
- Integrovaná tiskárna
- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí
- Záznam v rozsahu alespoň 12 hodin
- Zvukové a vizuální alarmy
- Volba mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry
- Volba hlasitosti alarmů
- Možnost nastavení data a času
- Vozík pod přístroj (s přihrádkou/košíkem pro odložení sond a dalších potřeb)


Část 2. – 1 kus kardiotokografu pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem

Popis:

Fetální monitor s monitorací dvojčat na sál gynekologicko-porodnického oddělení.

Technická specifikace:

- Musí plně spolupracovat se stávající centrální monitorací OB TraceVue revize F i následujícími revizemi G a H (připojení je prostřednictvím ethernet sítě a konektorů RJ45)
- Možnost měření antepartální i intrapartální
- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat
- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
- Monitorování děložních stahů (TOCO)
- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)
- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)
- Přímé snímání EKG plodu (DECG)
- Přímé měření nitroděložního tlaku
- Sondy voděodolné:
 - 1x TOCO sonda
 - 2x US sonda
 - Alespoň jedna sonda včetně potřebné kabeláže pro přímé měření EKG plodu a nitroděložního tlaku
- Regulovatelná hlasitost ozev plodu
- Snímání NIBP matky
- Snímání SpO₂ matky





- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 5“
- Ovládání v českém jazyce
- Integrovaná tiskárna
- Zadávání patientských dat jak z přístroje, tak i centrální monitorace
- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí
- Záznam naměřených dat v rozsahu alespoň 12 hodin
- Zvukové a vizuální alarmy
- Nastavitelnost mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry
- Nastavitelnost hlasitosti alarmů
- Možnost nastavení data a času
- Saturační čidlo s kabelem pro snímání SpO₂ matky
- Manžeta s tlakovou hadicí pro snímání NIBP matky
- Startovní balení spotřebního materiálu
- Kabel pro zapojení přístroje do sítě centrální monitorace
- Možnost připojení bezdrátových snímacích sond (myšleno jako budoucí rozšiřitelnost přístroje)

Další požadavky shodné pro všechny části:

- a. montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrevize (kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů,
- b. instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- c. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží,
- d. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.,
- e. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).

Zadavatel požaduje **prokázání ekologické šetrnosti výrobku** (ochranná známka “ekologická šetrnost výrobku“)



4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavřít smlouvu a realizovat dodávku v nejkratším možném termínu po řádném ukončení zadávacího řízení. Garantovaný termín dodání včetně instalace od podpisu smlouvy uvede uchazeč v návrhu smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Část 1:

Název: Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.z. oddělení gynekologicko-porodnické
sídlo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Část 2:

Název: Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. gynekologicko – porodnická klinika
sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne:**6.3.2015**..... v**10⁰⁰**..... hod.

5.2 Místo pro podání nabídky

Nabídky podávají uchazeči výhradně v elektronické podobě v systému E-ZAK Krajské zdravotní, a.s. na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace analogicky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v tomto rozsahu:

- 6.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona odst. 1 písm. a) až k), a to čestným prohlášením originálně podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 2).
- 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, a to výpisem z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- 6.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona, a to doložením příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.

7. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.



7.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.

7.2 Nabídka bude obsahovat zejména:

- 7.2.1 Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail), případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena
- 7.2.2 Obligatorní návrh smlouvy (viz příloha č. 4).
- 7.2.3 Cenová nabídka
- 7.2.4 Technická specifikace včetně technických listů, katalogů, návodů apod.
- 7.2.5 Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů

8. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

8.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.

8.2 Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky

8.3 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

9. Požadavek na předložení návrhu Smlouvy

Uchazeč je povinen předložit doplněný obligatorní návrh smlouvy (příloha č. 4), který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (Microsoft Office Word).

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 3)

10. Platební podmínky

Platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. (příloha č. 3)

11. Další podmínky veřejné zakázky

- 11.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 11.2 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy zakázky se zadavatelem.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplnění předloženého návrhu Smlouvy.
- 11.4 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.
- 11.5 Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 11.6 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 11.7 Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.



11.8 Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku v případě, že zadavatel nebude mít dostatečné finanční prostředky z důvodu neposkytnutí nebo krácení dotace.

12. Doplňující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

Zadavatel si analogicky s § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 si vyhrazuje právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.


13. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Analogicky s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu nejnižší nabídková cena.

14. Přílohy

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Vzor – Čestné prohlášení – splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3	Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 4	Návrh kupní smlouvy

V Ústí nad Labem dne: 23. 2. 2015.....

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

