

Objednávka 4600091665

Datum objednávky 12.11.2020

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.
člen koncernu
Evropská 176/16
160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás
1000052

Termín dodávky: 12.11.2020

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava videoduodenoskopu	162.000,00	162.000,00

Objednáváme u Vás opravu videoduodenoskopu TJF-160VR, v.č. 2802321
 inv.č.410000875

- závada obrazu (zjištěno při PBTK)
- oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most, [REDACTED]

Objednávka vystavena na základě Vašeho cenového návrhu č.51443096/12286
 ze dne 12.11.2020

Celk.hodn. s DPH CZK , 162.000,00

Krajská zdravotní, a.s.
 - Nemocnice Most, o.z.
 Odbor obslužných klinických činností
 Oddělení zdravotní
 J.E. Purkyně 270,
 IČ: 25488627, DIČ:
 tel: 478 031 111

Schválil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH [REDACTED] 7 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

**Cenový návrh číslo:
51443096 /12286**

 ze dne: 12.11.2020
platný do: 11.01.2021

 Číslo Vaší objednávky:
N/A

 Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o.z.
odd. centrální endoskopie

 J.E.Purkyně 270
.....
434 64 Most

PRACOVISTĚ: odd. centrální endoskopie
PŘÍSTROJ: videoduodenoskop

DATUM INSTALACE: 12.5.2009
TYP: TJF-160VR
VÝROBNÍ Č. : 2802321

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- místy odlepený a odřený ochranný plášť zaváděcího tubusu
- malfunkce E-konektoru (ruchy v obraze)

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu krycí gumy ohebné části
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládní
- výměnu E-konektoru

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 133 782 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% 161 876 Kč

 Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
 Pronájem přístroje se řídí zápůjčními podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

 SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY
 PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 12.11.2020

DNE:

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 12. listopadu 2020 16:11
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: objednávka

Dobrý den,

děkuji Vám za schválení cenového návrhu opravy a potvrzuji tímto objednávku opravy videoduodenoskopu TJF-160VR s výrobním číslem 2802321 na základě cenového návrhu opravy číslo 51443096/12286. Již jsem dal technikům pokyn k zahájení opravy.

S pozdravem a přáním klidného dne

[REDACTED]

Specialista zákaznické podpory
Servis zdravotnické techniky
Divize zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Evropská 176/16
160 41 Praha 6
Česká republika

[REDACTED]

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 93921, IČO: 27068641

[REDACTED]

Obecné oznámení o ochraně osobních údajů je dostupné na [:https://www.olympus-europa.com/data-privacy/cs/](https://www.olympus-europa.com/data-privacy/cs/)

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, November 12, 2020 2:08 PM
To: OCS-Serviszt <serviszt@olympus.cz>
Cc: [REDACTED]
Subject: objednávka

Tento email byl vytvořen mimo síť Olympus. Pokud neznáte odesilatele mailu, neotvírejte, prosím, žádné přílohy ani odkazy. V případě nejasnosti, prosím, kontaktujte Olympus IT podporu.

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám objednávku č.46/91665 – oprava videoduodenoskopu TJF-160VR v.č.2802321 na základě vašeho cenového návrhu č.51443096/12286.

Prosím o akceptaci (potvrzení přijetí) z důvodu vkladu do registru smluv.

Děkuji, přeji hezký den.