



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2365/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 část 3

Dobrý den,

níže posíláme dotaz do 3. části VZ: "Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III":

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci-Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.-Věže III, v části 3 „Rozšíření 3D laparoskopické sestavy Karl Storz (Nemocnice Chomutov, Gynekologicko-porodnické oddělení)“ požaduje „Vybavení napojitelné na stávající kamerovou jednotku s rozšířením obrazového řetězce o spektrální úzkopásmový režim zobrazení“.

Zadavatel neuvádí, s jakou kamerovou jednotkou propojení požaduje a pomocí jakého rozhraní? Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 1 část 3

Kamerová jednotka je Karl Storz TC200. Zadavatel rozhraní nespecifikuje neboť je toto pro něj bezpředmětné a navíc nemůže podrobně znát jakým způsobem je datový přenos v jednotce řešen.

V Ústí nad Labem dne: 16.11.2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel