



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2365/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 část 2

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k VZ "Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III. část 2: Laparoskopická sestava se 4K rozlišením II. (Nemocnice Most, Centrální operační sály)":

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci-Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.-Věže III, v části 2 Laparoskopická sestava se 4K rozlišením II (Nemocnice Most, Centrální operační sály), položka Insuflační jednotka" požaduje automatickou evakuaci (přetlakem či pod tlakem) elektrochirurgického kouře řízenou elektrokoagulačním generátorem (při aktivaci elektrochirurgického režimu). Možnost řešit i samostatnou jednotkou.

Ptáme se, bude-li zadavatel akceptovat též insuflátor s aktivním automatickým kontinuálním odsáváním kouře, který rovněž splňuje medicínské požadavky zadavatele a je nezávislý na HF jednotce?

Děkujeme za zodpovězení.

Odpověď č. 1 část 2

Zadavatel s důvodu nízké spotřeby CO2 nepřipouští kontinuální odsávání kouře a nadále požaduje, aby k evakuaci kouře docházelo při aktivaci elektrokoagulačního generátoru.

V Ústí nad Labem dne:

19.11.2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel