



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2370/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 část 1

Vážení,

rádi bychom se zeptali na doplňující informaci k části 1 a 2 výše uvedené veřejné zakázky.

V příloze zadávací dokumentace "Technická specifikace" - zadavatel požaduje v části 1 a 2 nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7mm.

Dotaz: bude zadavatelem akceptován upínací průměr sklíčidla 0,5 – 6,35mm, který se běžně v ortopedii i traumatologii používá a vyhovuje všem potřebným frézám a vrtákům, které běžně mají průměr maximálně do 6mm?

Odpověď č. 1 část 1

Zadavatel u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (**Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení**) akceptuje upínací průměr sklíčidla 0,5 – 6,35mm.



Dotaz č. 2 část 2

Vážení,

rádi bychom se zeptali na doplňující informaci k části 1 a 2 výše uvedené veřejné zakázky.

V příloze zádávací dokumentace "Technická specifikace" - zadavatel požaduje v části 1 a 2 nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7mm.


Dotaz: bude zadavatelem akceptován upínací průměr sklíčidla 0,5 – 6,35mm, který se běžně v ortopedii i traumatologii používá a vyhovuje všem potřebným frézám a vrtákům, které běžně mají průměr maximálně do 6mm?

Odpověď č. 2 část 2

Zadavatel u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 2: Akumulátorové vrtačky pro ortopedii (**Nemocnice Teplice, o.z., Ortopedické oddělení**) trvá na technické specifikaci.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (**Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení**) o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 25-11-2020


.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek