



Název veřejné zakázky: **Laboratorní vyšetřovací metody – Systém pro statimovou analýzu přítomnosti SARS – CoV – 2 II. (dále jen „VZ“)**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2466/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

- **systém musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy 4 pacientů pro 4 různé typy vyšetření**
Dotaz č. 1: Je pro Zadavatele akceptovatelné rozšíření technického parametru na „systém musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy min. 2, max. 4 pacientů pro min. 2 různé typy vyšetření“?
Vysvětlení: Systém je modulární, jednotlivé systémy je možné mezi sebou propojovat a získat tím v případě potřeby násobně větší systém. Nezávislost jednotlivých modulů tímto není nijak omezena.

Odpověď na dotaz č. 1:

- systém musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy 2 pacientů pro 2 různé typy vyšetření – 2 ks
- systém musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy 4 pacientů pro 4 různé typy vyšetření – 1 ks
- systém musí umožňovat nezávisle na sobě současné analýzy 4 pacientů pro 2 různé typy vyšetření – 3 ks

Nové znění Přílohy č. 2 – Technické specifikace bude přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2:

- **Součástí dodávky je PC, včetně monitoru LCD min. 19“, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů.**
Dotaz č. 2: Je pro Zadavatele akceptovatelné řešení dodávky s notebookem, myší, čtečkou čárových kódů?
Vysvětlení: Systémy jsou v ČR standardně dodávány v této konfiguraci.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.





Dotaz č. 3:

- zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

Dotaz č. 3: Je pro Zadavatele akceptovatelné „v případě nutnosti aktualizovat operační systém, bude toto provedeno za technické podpory Dodavatele“

Vysvětlení: Správná funkčnost systému je vázaná na určitý OS a jeho změnu/aktualizaci je doporučeno provádět autorizovaným technikem.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na původním zadání.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v buňkách A4 a B3 uvádí slovo „přístroj“.

Dotaz č. 4: Je pro Zadavatele akceptovatelné zaměnit slovo „přístroj“ slovem „systém“?

Vysvětlení: Systém je vždy dodáván jako nedělitelný celek složený z analyzačního přístroje, notebooku, myši, čtečky čárových kódů a jako takový je i naceňován.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Nové znění Přílohy č. 6 – Specifikace ceny, bude přílohou č.2 tohoto Vysvětlení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 30.11.2020

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

MUDr. Aleš Chodacki
generální ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace platná od 30. 11. 2020

Příloha č. 2 – Specifikace ceny platná od 30. 11. 2020