



Název veřejné zakázky: **Elektrické odsávačky pro Krajskou zdravotní, a.s.**  
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**  
Režim veřejné zakázky: **VZ malého rozsahu**  
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **2472/2020**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje pístový bezúdržbový odsávací systém. Účastník, jako dlouholetý výrobce odsávacích systémů nabízí zadavateli membránový bezúdržbový odsávací systém, který je výkonově srovnatelný, je také určený pro dlouhodobé nepřetržité odsávání 24 hodin a více a má rychlý nástup vakuu. Tato technologická odchylka od požadavku zadavatele nemá negativní vliv na medicínský účel odsávacího systému. Připustí zadavatel, aby účastník nabídnul membránový bezúdržbový odsávací systém, který je v praxi osvědčený, spolehlivý a běžně se používá v mnoha zdravotnických zařízeních v ČR i ve světě s více než 20-ti letou zkušeností?

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení v podobě nabízeného membránového odsávacího systému.

### Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje hlučnost maximálně 37 dB. Účastník, který je výrobcem odsávacích systémů uvádí, že z důvodu metodické změny měření hlučnosti došlo k navýšení naměřené hodnoty z původní hodnoty pod 40 dB na aktuální hodnotu 58,6 dB a to při zachování původního vjemu hluku. Takto nově naměřená hodnota je tedy prakticky zanedbatelná a se stejným projevem hladiny akustického výkonu a sluchovým vnímáním, a je tedy stejná, jako tomu bylo před změnou metodiky měření hlučnosti. Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout odsávací systém s hladinou akustického výkonu 58,6 dB s ohledem na toto vysvětlení? Případně před odpovědí, umožní zadavatel účastníkovi prezentaci odsávacího systému za účelem posouzení hlučnosti?

### Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel umožní účastníkovi nabídnout navrhované řešení odsávacího systému.



### **Dotaz č. 3**

Zadavatel požaduje membránový regulátor vaku. Účastník, jako dlouholetý výrobce odsávacích systémů nabízí zadavateli jako alternativu mechanický regulátor vaku. Tato technologická odchylka od požadavku zadavatele nemá negativní vliv na medicínský účel odsávacího systému, účastník má s tímto systémem regulace vaku dlouholeté praktické zkušenosti a garantuje zadavateli bezproblémový chod odsávacího systému. Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout odsávací systém s mechanickým regulátorem vaku při garanci plné funkcionality odsávacího systému?

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel umožní účastníkovi nabídnout navrhované řešení v podobě mechanického regulátoru vaku.

### **Závěr**


V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel uveřejňuje aktualizovanou technickou specifikaci a zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky.

Nový termín je uveden na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1\_Technická specifikace aktualizace\_3.12.2020

V Ústí nad Labem dne: 03-12-2020

06  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25400627

.....  
MUDr. Aleš Chodacki  
generální ředitel