

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 24.02.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 4 – Pojízdný RTG přístroj.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz:

Citace dotazu:

Předmět dotazu:

Výkonný, bateriový motoricky pojízdný RTG přístroj s plochým detektorem obrazu) pro použití v traumatologii, na operačním sále, v intenzivní a emergentní péči. Minimální technické požadavky
- 2 Ploché detektory, akviziční stanice: akviziční hloubka max. 12 bitů

Dotaz: Je zadavatel ochoten akceptovat přístroj, s hloubkou zobrazení 14 bitů?

Odůvodnění našeho požadavku:

Předpokládáme, že u zadání požadovaného parametru došlo k omylu a zadavatel uvedl místo minimálního požadavku, požadavek maximální a tím zamezil účast potenciálním uchazečům s technologií, která nabízí vyšší (lepší) hodnotu požadovaného parametru.

Odpověď:

Omlouváme se, jednalo se o administrativní chybu na straně zadavatele VZ. Minimální technický požadavek výše zmíněného parametru má být:

2 ploché detektory, akviziční stanice:

- akviziční hloubka minimálně 12 bitů

Prodloužení lhůty pro podání nabídek u části VZ č. 4 - Pojízdný RTG přístroj

S ohledem na povahu dodatečných informací ve vztahu k zadávacím podmínkám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části VZ č. 4 - Pojízdný RTG přístroj. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

 STYVAR

V Ústí nad Labem, dne **02-03-2015**.....2015

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
ředitel společnosti
Krajská zdravotní, a.s.