



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2370/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 a) část 1

1.část

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 1.část akumulátorová vrtačka s pilou, Vrtačka: Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245W

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat vrtačku s výkonem 150W, která je konstruována pro velké ortopedické výkony a je pro tyto výkony plně dostačující?

Odpověď č. 1 a) část 1

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci.
(Zadavatel z uvedeného dotazu, nemůže relevantně posoudit, zda blíže nespecifikovaný stroj, je skutečně dostačující pro velké ortopedické operační zákroky).

Dotaz č. 1b) část 1

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 1.část akumulátorová vrtačka s pilou, Pila: Řezací stroj sagitální pily (samostatná rukojeť) jeden přístroj s dvěma výměnými nástavci?

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci: Bude zadavatel akceptovat jednu rukojeť a dva vyměnitelné nástavce pro vrtačku a pro pilu?

**Odpověď č. 1 b) část 1**

Zadavatel trvá na požadavku jednoho stroje pro vrtání a jednoho stroje pro řezání.

Dotaz č. 2 část 2**2.část**

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 2.část akumulátorové vrtačky pro ortopedii, Vrtačka: Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245W

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat vrtačku s výkonem 150W, která je konstruována pro velké ortopedické výkony a je pro tyto výkony plně dostačující?

Odpověď č. 2 část 2

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci.

(Zadavatel z uvedeného dotazu, nemůže relevantně posoudit, zda blíže nespecifikovaný stroj, je skutečně vhodný pro velké ortopedické operační zákroky).

Dotaz č. 3 a) část 4**4.část**

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 4.část Mikrochirurgický vrtací systém: Nejvyšší otáčky motoru minimálně 60 000 otáček/min

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat nejvyšší otáčky motoru 40 000 otáček/min, které jsou pro daný medicínský účel zařízení plně dostačující?

Odpověď č. 3 a) část 4

Zadavatel bude akceptovat i výše nabízené řešení.

Dotaz č. 3 b) část 4

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 4.část Mikrochirurgický vrtací systém: Nástavec minirychloupínací vrtací (přímý), rychlost mezi 1600 a 2300 otáček/min., upínání malých vrtáků velikosti od 1 mm?

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat : Nástavec minirychloupínací vrtací (přímý) s rychlostí 1300 otáček/min, upínání malých vrtáků velikosti od 1mm, který plní stejný medicínský účel?

**Odpověď č. 3 b) část 4**

Zadavatel bude akceptovat i výše nabízené řešení.

V návaznosti na výše uvedené, zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení); Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 2: Akumulátorové vrtačky pro ortopedii (Nemocnice Teplice, o.z., Ortopedické oddělení). Zadavatel současně prodlužuje o celou lhůtu pro podání nabídek veřejnou zakázku Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 4: Mikrochirurgický vrtací systém (Nemocnice Teplice, o.z., Chirurgické oddělení). Nová lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem 07. 12. 2020

MUDr. Aleš Chodacki
generální ředitel



