

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 03.03.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 2 – Ultrazvukový přístroj.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz:

Citace dotazu:

Část VZ č. 2 - Ultrazvukový přístroj

Zadavatel požaduje v Technická specifikaci a související požadavky zadavatele pro část č. 2 VZ v části Parametry přístroje:


- s možností připojení stávající externí pracovní stanice

Dotaz: Může zadavatel specifikovat o jaké stanice se jedná a s jakými parametry má být připojení realizováno?

Odpověď:

Jedná se o pracovní stanici XVision. Připojení je realizováno komunikací DICOM3.

V Ústí nad Labem, dne 9.3......2015



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.

