

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 03.03.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 3 – Skiografický přístroj s přímou digitalizací.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz:

Citace dotazu:

Část VZ č. 3 – Skiografický přístroj s přímou digitalizací

Zadavatel požaduje:

Detektor:

- digitální ploché detektory (jeden přenosný pro snímkování pacientů na lůžku) s nepřímou konverzí obrazu: 1detektor ve stole, 1detektor na pohyblivém stativu (vertigraf), 1 detektor přenosný (či vyjmutelný za stolu - mobilní)
- velikost cca. 41 x 41 cm
- co největší aktivní plocha detektoru, minim. 1681 cm²
- velikost obrazového bodu max 200 µm

Domníváme se, že požadavek na velikost mobilního detektoru 41x41 cm nám znemožňuje podat nabídku na špičkový DR RTG přístroj renomovaného výrobce.

Mobilní (přenosné, bezdrátové) DR panely se k DR RTG přístrojům se dvěma pevnými panely o velikosti více než 41x41 cm standardně dodávají ve formátu rentgenové kazety velikosti 35x43 cm. Tato velikost je pro kvalitní provoz rentgenového pracoviště naprosto dostačující a není žádný rozumný důvod pro to aby byl mobilní panel k DR RTG přístroji (se dvěma pevnými panely více než 41x41cm) větší. Naopak, větší velikost a hmotnost mobilního DR panelu je zde přítěží pro operátory, kteří se zařízením pracují, manipulace takto velkým a těžkým DR panelem je poměrně složitá a náročná. Manipulace s mobilními DR panely o velikostech více než 41x41cm, komplikuje obsluhu kvalitní provádění snímkování mimo RTG nářadí a některé projekce tento formát svou velikostí ani neumožní provést. V neposlední řadě může složitá manipulace s velkými a těžkými panely vést až k pádu a poškození panelu s nemalými ekonomickými důsledky.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku DR RTG přístroje renomovaného světového výrobce, kde

součástí přístroje budou dva pevné DR panely s velikostí více než 41x41cm tj. aktivní plochou více než 1681 cm² a jako třetí panel bude použit mobilní, bezdrátový DR panel formátu RTG kazety 35x43 cm (tj. aktivní obrazová plocha 35x42cm, cca 1470 cm²) ?


Odpověď:

Ano, ohledně mobilního, bezdrátového FD stačí formát 42 x 35 cm.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek u části VZ č. 3 – Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací

S ohledem na povahu dodatečných informací ve vztahu k zadávacím podmínkám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části VZ č. 3 – Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem, dne 9.3.....2015

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

