

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Monitorovací systémy II.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2438/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Na základě ZD zadavatele je v části Systém č.1 – Telemetr požadováno: „Napájení. Li-Ion akumulátor nebo 2 interní baterie AA pro provoz na dobu minimálně 60 hodin“.

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel akceptovat dobu provozu na jeden Li-Ion akumulátor po dobu 40 hodin, případně řešení s druhým Li-Ion akumulátorem na dalších 40 hodin?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel považuje za splnění technické specifikace i nabízené řešení dodání 2 Li-Ion akumulátorů na provoz telemetru po minimální dobu, která je definována v technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Na základě ZD zadavatele je v části Systém č.1 – Telemetr požadováno: „Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW pro snímání saturace, aktivace připojení saturačního kabelu a saturačního senzoru“.

Dotaz uchazeče: Rozumí uchazeč správně ZD, že není specifikován systém měření saturace pro telemetrický vysílač a je požadováno kompletní příslušenství pro měření saturace?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje systém měření SpO2 u telemetrů stejný jako u monitorů vitálních funkcí, tudíž Masimo. Každý telemetr musí umět měřit SpO2. Počet příslušenství pro měření SpO2 u telemetrů bude pouze pro 5 telemetrů.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne 29-12-2020

.....
MUDr. Aleš Chodacki
Generální ředitel

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

