

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s. - 2“

Dotaz:

V části 10: Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci - 2 ks zadavatel stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci v souladu s § 46 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ve výčtu požadavků uvádí i parametry přístroje, který se již nevyrábí a není možné ho dodat.

Bude zadavatel akceptovat nabídku nástupnického modelu, který odpovídá medicínskému účelu stanovenému technickými podmínkami v zadávací dokumentaci, s těmito parametry:

- vertikalizační stůl s integrovaným motorickým pohybem dolních končetin,
 - proprioceptivní stimulace – simulace došlápnutí,
 - podpěry chodidel se systémem cyklické zátěže (došlápnutí),
 - nastavení zátěže při došlápnutí až do 50 kg,
 - nastavitelné nášlapné plochy pro různé postavení chodidel,
 - počítačem řízený pohyb dolních končetin,
 - softwarové nastavení rozsahu pohybu odděleně pro pravou a levou končetinu,
 - nastavení podpory pohybu končetin pro aktivní trénink v rozsahu 0 – 100 %,
 - nastavení podle délky dolní končetiny v rozsahu cca 75 – 100 cm,
 - polohování stolu cca 0° - 90°,
 - nastavitelná frekvence pohybu,
 - rozsah pohybu v kyčelním kloubu cca 0° - 45°,
 - výška stolu nastavitelná v rozsahu cca 55 – 80 cm,
 - kolečka s centrální brzdou,
 - řídicí hardware a software,
 - databáze pacientů s možností ukládání údajů o průběhu cvičení,
 - antidekubitní polstrování,
 - bezpečnostní mechanismus pro sklopení pacienta do horizontální polohy v případě výpadku proudu,
- různé velikosti manžet a popruhů pro fixaci a uchycení pacienta pro pacienty o hmotnosti až cca 130 kg?

Odpověď:

Zadavatel trvá na splnění zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci.

V Ústí nad Labem dne:

11-03-2015

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

