

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s. - 2“

Dotaz:

Příloha č. 1 k žádosti o dodatečné informace zadávacím podmínkám veřejné zakázky:
„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a.s.“ – 2 - část 1 – Transkraniální ultrazvuky typ B, C


U položky: Transkraniální ultrazvuk typ B požaduje zadavatel možnost snadného exportu dat i přes Flash paměť do PC např. i přes. USB port...
Chápe uchazeč správně, že znění „...například i přes USB...“ znamená možnost nabídnout buď USB nebo přenos přes medium jako je CD?

Odpověď:

Zadavatel požadavkem ve znění "Možnost snadného exportu dat i přes Flash paměť - do PC např. i přes USB port ve formátu (MPEG4, JPEG, BMP, HTML), DICOM 3" požaduje export dat přes USB port na USB flash disk.

V Ústí nad Labem dne:

12 -03- 2015

02 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ.25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel