

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ obdržel dne 06.03.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 5 – Anesteziologické vybavení (Anesteziologické vybavení pro děti, Anesteziologické vybavení-anesteziol. přístroj).

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz:

Citace dotazu:

Část VZ č. 5 – Anesteziologické vybavení - technická specifikace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje „anesteziologický přístroj - elektronicky řízený s mechanickými nebo elektronickými rotametry“.

Tato definice, vzhledem k popisu současného stavu, medicínálního účelu a dalším parametrům uvedeným ve specifikaci přístroje, popisuje nepodkročitelný požadavek elektronického řízení směšování čerstvé směsi, který je pro tuto kategorii vnímán jako jeden z technologických základů. Uchazeč na základě výše uvedeného předpokládá, že zadavatel bude považovat za vyhovující nabídku pouze takovou, která bude obsahovat přístroj umožňující řízení čerstvé směsi elektronickým směšovačem, tudíž pouze dle uživatelem nastavených hodnot celkového průtoku a inspirační frakce O₂. Je tento předpoklad správný?

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje „schopnost vedení anestezie low-flow a minimal-flow“.

Obecně vnímanou vysokou kvalitou péče poskytovanou v Masarykově nemocnici, popisem účelu a vytíženosti pracovišť, pro která jsou poptávány přístroje určené, definuje zadavatel standard. V rámci tohoto standardu, který mimo jiné splňuje většina přístrojů v nemocnici již mnoho let používaných, jsou běžně definovány i požadavky na minimální dosažitelný průtok čerstvé směsi (a to alespoň 0,2 l/min) a nástroj pro hodnocení efektivity řízení anestezie. Toto v aktuální specifikaci není uvedeno. Uchazeč předpokládá, ačkoli tyto požadavky nebyly uvedeny ve specifikaci, že jsou nepřímě požadovány popisem účelu a požadavkem na obnovu zastaralé techniky alespoň dle stávajícího standardu nemocnice, potažmo i vzhledem k současným trendům a provozním nárokům. Je tento předpoklad správný?

Odpověď:

ad dotaz č. 1 – ano, preferujeme elektronicky řízený směšovač plynů;

ad dotaz č. 2 – dle specifikace nadále požadujeme možnost vedení anestezie v režimu low flow a minimal flow s nejnižším možným průtokem čerstvých plynů (FGF) maximálně 0,25 litru/min.

V Ústí nad Labem, dne 12. 3......2015



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

ŠTYVAR