



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –
Dezinfektory endoskopických nástrojů**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2477/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz k veřejné zakázce „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dezinfektory endoskopických nástrojů“

Chtěli bychom vznést níže uvedený dotaz k veřejné zakázce : „Zvýšení kvality návazné péče
Krajské zdravotní, a.s. – Dezinfektory endoskopických nástrojů“

1. Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 – Technické specifikace požaduje dezinfektor vyroben celý
z ušlechtilé nerezové oceli, dveře přístroje výklopné dopředu a maximální šířku 750
mm.

Námi dodávaný přístroj je vyroben z nerezové oceli, nicméně mycí komory jsou
vyrobeny z plastu, ale i tak je samozřejmostí dlouholetý provoz.

Náš dezinfektor je řešen vrchním plněním vyklápěcími dvířky s el. uzavíráním a
automatickým blokováním během procesu. Komory (asynchronní) našich dezinfektorů
jsou ve výšce 1033 mm.

Rozměry našeho dezinfektoru jsou (š x h x v): 941 x 750 x 1033 mm (1580 mm – při
otevření komory).

Bude zadavatel akceptovat nabídnutí výše uvedené varianty?.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci a **nebude akceptovat nabídnutí výše
uvedené varianty.**

Ústí nad Labem dne: 06. 01. 2021



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401/13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Aleš Chodacki
generální ředitel

