



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2370/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1 část 1

1.část

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 1.část akumulátorová vrtačka s pilou, Vrtačka: Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245W

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat vrtačku s výkonem 150W avšak zároveň disponující maximálním točivým momentem 17Nm při vystružování, což je hodnota, která je vyšší než hodnota maximálního točivého momentu u konkurenčních strojů jež jsou vybaveny operační sály aktuálně (De Soutter Medical Orthodrive Lite MBQ-707 – maximální točivý moment 16Nm, JnJ Trauma Recon System – max. točivý moment 13Nm), která je zároveň konstruována pro velké ortopedické výkony a je pro tyto výkony plně dostačující, což také vyplývá z výše uvedených hodnot?

Odpověď č. 1 část 1

Po konzultacích s klinickými pracovišti zadavatel nebude akceptovat výše uvedené nabízené řešení a trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci – technické specifikaci.

**Dotaz č. 2 část 2****2.část**

V zadávací dokumentaci, příloze "Technická specifikace" požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky 2.část akumulátorové vrtačky pro ortopedii, Vrtačka: Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245W

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat vrtačku s výkonem 150W, avšak zároveň disponující maximálním točivým momentem 17Nm při vystružování, což je hodnota, která je vyšší než hodnota maximálního točivého momentu u konkurenčních strojů jež jsou vybaveny operační sály jiných nemocnic v rámci kzcr (De Soutter Medical Orthodrive Lite MBQ-707 – maximální točivý moment 16Nm, JnJ Trauma Recon System – max. točivý moment 13Nm, nejsilnější řada vrtaček JnJ Battery Power Line II – max. točivý moment 15Nm), která je zároveň konstruována pro velké ortopedické výkony a je pro tyto výkony plně dostačující, což také vyplývá z výše uvedených hodnot?

Odpověď č. 2 část 2

Po konzultacích s klinickými pracovišti zadavatel nebude akceptovat výše uvedené nabízené řešení a trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci – technické specifikaci.

V návaznosti na výše uvedené, zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 1: Akumulátorová vrtačka s pilou (Nemocnice Děčín, o.z., Chirurgické oddělení); Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky část 2: Akumulátorové vrtačky pro ortopedii (Nemocnice Teplice, o.z., Ortopedické oddělení). Nová lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem 11.01.2021

Krajská zdravotní, a.s.

samostatné oddělení veřejných zakázek

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627

Ing. Václav Štyvar

vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek