



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2365/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1 část 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III požaduje v dokumentu Technická specifikace-Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.-Věže III v části 1 a v dodatečných informacích uveřejněných na profilu Zadavatele 3.12.2020 požaduje „Připojení 2D i 3D 4K kamerové hlavy s možností rozšíření o připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci a s možností rozšíření o 3D FullHD technologii při zachování stejné řídicí kamerové jednotky“. Účastník se domnívá, že kamerová hlava s kombinací 3D a 4K technologie na trhu neexistuje.

Ptáme se proto, zdali bude Zadavatel akceptovat připojení 2D i 4K kamerové hlavy s možností rozšíření o připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci a s možností rozšíření o 3D FullHD technologii při zachování stejné řídicí kamerové jednotky?

Odpověď č. 1 část 1

Zadavatel trvá na požadavku jak dvoudimenzionálního (2D) tak třídimenzionálního (3D) obrazu s rozlišením 4K (tj. minimálně 3840 x 2160 pixelů).



**Dotaz č. 2 část 1****Dotaz č. 2:**

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III požaduje v dokumentu Technická specifikace-Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.-Věže III v části 1 a v dodatečných informacích uveřejněných na profilu Zadavatele 3.12.2020 požaduje „Intenzivní mapování (zobrazení signálu NIR se bude zobrazovat v různých barvách v závislosti na hladině nasycení tkáně ICG kontrastní látkou)“. Tento parametr v kombinaci se 4K obrazem odpovídá konkrétnímu řešení jednoho výrobce.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku systému, který k mapování využívá různou intenzitu NIR signálu, který je vyobrazený v libovolné barvě na celé škále VIS čímž dle názoru účastníka převyšuje požadavky Zadavatele?

V případě, že Zadavatel nabízené řešení neakceptuje, prosíme o zdůvodnění.

Odpověď č. 2 část 1

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách, jelikož danou podmínkou je splnění účelu pořízení technologie umožňující přesné ohrazení a vymezení oblasti zájmu.

Dotaz č. 3 část 1**Dotaz č. 3:**

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III požaduje v dokumentu Technická specifikace-Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.-Věže III v části 1 a v dodatečných informacích uveřejněných na profilu Zadavatele 3.12.2020 požaduje kompatibilitu s vybavením Karl Storz. Výrobce Karl Storz je v ČR výhradně zastoupen společností Radix CZ s.r.o. Sestava, kterou Zadavatel požaduje je samostatnou funkční jednotkou a nemá návaznost na zbylé vybavení oddělení.

Ptáme se proto, zdali bude zadavatel akceptovat vybavení od jiného výrobce než Karl Storz bez požadavku na kompatibilitu se stávajícím vybavením tohoto výrobce nebo zdali Zadavatel v souladu se Zákon o zadávání veřejných zakázek bude akceptovat nabídku vybavení od jiného výrobce, než je Karl Storz?

Odpověď č. 3 část 1

Zadavatel trvá na zadávací dokumentaci, i když si je vědom, že se jedná o samostatný funkční celek. Jelikož zohlednil v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i další skutečnosti, jako je využitelnost stávajícího vybavení, organizační podmínky a zejména ekonomické hledisko.



V návaznosti na výše uvedené, zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky: Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III. část 1: Laparoskopická sestava se 4K rozlišením I.(Nemocnice Děčín, Chirurgické oddělení). Nová lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem 11.01.2021

Krajská zdravotní, a.s.

samostatné oddělení veřejných zakázek

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627


Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek

