



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – plynový chromatograf**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2476/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V ZD k VZ "Dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru" je uvedeno:

- "Musí umožňovat budoucí rozšíření plynového chromatografu – autosampler pro headspace extrakci o headspace autosampler musí mít kapacitu minimálně 111 vialek".

Naše firma dodala několik shodných systémů do totožných laboratoří v ČR, či se seznámila s podmínkami VZ na tyto. Z tohoto víme, že maximální počet vzorků, který se stanoví na head space – plynový chromatograf není vyšší než 50 a to včetně kontrolních vzorků. Mám dotaz, zda eventuální kapacita autosampleru na 90 pozic je akceptována.

Děkuji za odpověď

Odpověď č. 1

Po konzultaci s klinickým pracovištěm zadavatel nebude akceptovat výše uvedené nabízené řešení a trvá na podmírkách uvedených v zadávací dokumentaci – technické specifikaci.

Dotaz č. 2

ZD k VZ "Dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru" je uvedeno:

- "Musí umožňovat budoucí rozšíření plynového chromatografu – autosampler pro headspace extrakci o headspace autosampler musí mít kapacitu minimálně 111 vialek".


Naše firma dodala několik shodných systémů do totožných laboratoří v ČR, či se seznámila s podmínkami VZ na tyto. Z tohoto víme, že maximální počet vzorků, který se stanoví na head space – plynový chromatograf není vyšší než 50 a to včetně kontrolních vzorků. Mám dotaz, zda eventuální kapacita autosampleru na 90 pozic je akceptována.

Děkuji za odpověď

Odpověď č. 2

viz. odpověď č. 1

V Ústí nad Labem dne: **12 -01- 2021**



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek