

Název veřejné zakázky: **Laboratorní vyšetřovací metody – Systém pro automatické izolace nukleových kyselin II.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2484/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den,

zdvořile prosíme o zodpovězení dotazu k zadávací dokumentaci níže:


V příloze č. 2 technická specifikace je uvedena doba trvání izolace viru SARS-CoV-2 maximálně 30 minut. Bude zadavatel akceptovat délku izolace 50 minut s výhodou kombinace různých vstupních materiálů v jednom běhu za použití 1 sady reagenčních kazet, která obsahuje všechny potřebné reagenty pro izolaci 192 vzorků?

Předem moc děkujeme a jsme s pozdravem

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadovaných parametrech, jelikož není z dotazu zřejmé kolik vzorků lze najednou izolovat tzn. jaká bude průchodnost vzorků za hodinu.

V Ústí nad Labem dne: **13 -01- 2021**



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek