



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2370/2020**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

### Dotaz č. 1 část 4

Věc: Doplnující dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem: „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky“.

S odvoláním se na vaši výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky“ a související zadávací dokumentace, respektive specifikace minimálních technických parametrů pro část 4 - „Mikrochirurgický vrtací systém (Nemocnice Teplice, o.z., Chirurgické oddělení)“ žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům souvisejícím s touto veřejnou zakázkou.

### Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci Mikrochirurgického vrtacího systému požaduje: Nejvyšší otáčky motoru minimálně 60 000 otáček/min.

Uchazeč disponuje mikrochirurgickým vrtacím systémem s rychlostí 35000 ot/min. Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení s rychlostí 35000 ot/min, které je praxi běžně využíváno?

### Odpověď č. 1 část 4

Po konzultacích s klinickým pracovištěm zadavatel bude akceptovat i výše uvedené nabízené řešení.



## **Dotaz č. 2 část 4**

### **Věc: Doplnující dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem: „Zvýšení kvality návazné péčeKrajské zdravotní, a.s. - Vrtačky“.**

S odvoláním se na vaši výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality návazné péčeKrajské zdravotní, a.s. - Vrtačky“ a související zadávací dokumentace, respektive specifikace minimálních technických parametrů pro část 4 - „Mikrochirurgický vrtací systém (Nemocnice Teplice, o.z., Chirurgické oddělení)“ žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům souvisejících s touto veřejnou zakázkou.

### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel v technické specifikaci Mikrochirurgického vrtacího systému požaduje: Nejvyšší otáčky motoru minimálně 60 000 otáček/min.


Uchazeč disponuje mikrochirurgickým vrtacím systémem s rychlostí 35000 ot/min. Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení s rychlostí 35000 ot/min, které je praxi běžně využíváno?

## **Odpověď č. 2 část 4**

Po konzultacích s klinickým pracovištěm zadavatel bude akceptovat i výše uvedené nabízené řešení.

V návaznosti na výše uvedené, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem 26.01.2021

  
Ing. Václav Štyvar  
vedoucí Samostatného oddělení  
veřejných zakázek