



Název veřejné zakázky: **Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2467/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

rádi bychom se dotázali na údaj v technické specifikaci: vnitřní Ø dutinky min. 4,5 cm

Byl by při hodnocení vzorků přípustný vnitřní Ø dutinky 4 cm? A to u všech, případně u některého z požadovaných šíří podložek?

Jde o nejpoužívanější rozměr (vnitřní Ø dutinky 4 cm) podložek používaných ve zdravotnictví. Z praxe víme, že tento rozměr není při posuzování kvality produktu důležitý, protože role s podložkami jsou na nemocničních lůžkách položeny samostatně, bez jakékoliv fixace. Zřídka bývají na upevnění podložek používány držáky, pouze zde může být vnitřní Ø dutinky relevantní, ale to by se mělo týkat pouze nejběžnější šíře podložek 50 cm.“

Odpověď na dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že podstatou hodnocení vzorků je zjištění informace, zda dodávané zboží bude vyhovovat technické specifikaci tvořené na základě skutečných potřeb zadavatele, je nutné, aby vzorky plně odpovídaly zboží, které bude dodáváno v rámci plnění rámcové dohody.

V Ústí nad Labem dne: 01-02-2021

06 
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
.....KZ.....
MUDr. Aleš Chodacký
generální ředitel